



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA  
SCUOLA MEDICA SALERNITANA  
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura, di durata quinquennale con le modalità del service di sistemi per anatomia patologica. gara 7700040**

**VERBALE DI GARA N. 6**  
(seduta riservata)

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 09,00, presso i locali della Struttura Complessa del Servizio Acquisizione beni e servizi di questa Azienda, sono presenti il Prof. Pio Zeppa, Direttore della UOC di Anatomia Patologica, in qualità di Presidente, il Dr. Antonio D'Antonio, la dr.ssa Anna Maria Cascone, entrambi Dirigenti della U.O.C. di Anatomia Patologica, il Dott. Silvio Cigolari, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Governo degli Accessi e Flussi Informativi" e la dr.ssa Maddalena Langella Dirigente dell'U.O.C. Di Ematologia e Centro Trapianti di Cellule Staminali, tutti componenti, quest'ultima anche come segretario verbalizzante. Premesso che la Commissione giudicatrice è stata convocata, per le vie brevi nella giornata odierna dal Prof. Pio Zeppa.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione di gara, premette che:

- in data 06.10.2020, sono stati pubblicati sul portale Siaps, per estratto, i verbali di valutazione tecnica redatti dalla commissione Giudicatrice e che eventuali osservazioni dovevano pervenire entro e non oltre, le ore 13,00 del giorno 09.10.2020;

- che in merito sono pervenute le osservazioni delle seguenti ditte:

- 1) ditta Diapath spa;
- 2) ditta AHSI;
- 3) ditta Kaltek

Tutto ciò premesso, la Commissione prende atto del contenuto dei rilievi ed in merito osserva:

- **ditta Diapath:** ha "...segnalato che il verbale n. II della seduta riservata del 07.09.2020 risulta la ditta Roche Diagnostics, quale ditta partecipante ma che in realtà l'unica ditta partecipante è la ditta Diapath Spa...";

- che, da verifica effettuata, risulta effettivamente al lotto n. 3 indicata come unica ditta partecipante la Ditta Roche Diagnostics in luogo della ditta Diapath Spa;

- che trattasi di mero errore materiale giacchè l'indicazione dell'unico operatore concorrente per il lotto n. 3 è correttamente indicato come Diapath Spa sulla piattaforma Siaps e che pertanto, occorre provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice prende atto dell'errore materiale e, conferma, a parziale rettifica del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, che al lotto n. 3 unica ditta partecipante è la ditta Diapath Spa.

- **ditta AHSI:** ha richiesto chiarimenti relativi alla modalità di attribuzione dei punteggi relativi al lotto n. 5 relativamente ai seguenti elementi:

**1) sistema automatico di stampa di cassette istologiche e precisamente ai seguenti sub parametri:**

- a) Possibilità di lavorare in modalità on-demand o batch con possibilità di integrazione successiva con sistema di raccolta (preferibilmente automatizzato) con capacità fino a 100 cassette;
- b) Possibilità di implementazione numero caricatori fino ad un massimo di 9;
- c) Dimensioni compatte e contenute in modo da permettere anche eventuale alloggiamento sotto la cappa di riduzione o la possibilità di condivisione tra due postazioni di riduzione, senza rischio di scambio delle cassette stampate;

**2) sistema automatico per la stampa di vetrini cito-istologici, e precisamente ai seguenti sub parametri:**

- a) Lettore barcode integrato nella stampante per facilitare le operazioni di lettura delle informazioni presenti sulle cassette e successiva stampa del vetrino;
- b) Possibilità di stampa di singolo vetrino con caricamento indipendente dall'alto senza necessità di accessori aggiuntivi, in modo da poter gestire la stampa di urgenze o di vetrini contenenti tessuti di controllo e che non possono essere impilati insieme ad altri vetrini.

Dopo rivalutazione delle schede tecniche, la Commissione, accertata la fondatezza dei rilievi, rettifica come di seguito:

Ditta Diapath, elemento 1 (Sistema automatico per la stampa di cassette istologiche)

- Al punto "Possibilità di lavorare in modalità on-demand o batch con possibilità di integrazione successiva con sistema di raccolta (preferibilmente automatizzato) con capacità fino a 100 cassette" il punteggio è 0/10 e non 7/10;
- Al punto "Possibilità di implementazione numero caricatori fino ad un massimo di 9" il punteggio è 0/10 e non 7/10;

Ditta Diapath, elemento 2 (Sistema automatico per la stampa di vetrini cito-istologici)

- Al punto "Lettore barcode integrato nella stampante per facilitare le operazioni di lettura delle informazioni presenti sulle cassette e successiva stampa del vetrino" il punteggio è 0/10 e non 8/10.

Ditta Bio-ottica, elemento 1 (Sistema automatico per la stampa di cassette istologiche)

- Al punto "Possibilità di lavorare in modalità on-demand o batch con possibilità di integrazione successiva con sistema di raccolta (preferibilmente automatizzato) con capacità fino a 100 cassette" il punteggio è 0/10 e non 3/10.

Di seguito tabella riassuntiva dei punteggi del lotto n.5 comprensiva delle rettifiche

| Ditta                    | Elemento n. 1 | Elemento n. 2 | Punteggio totale |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>DIAPATH SPA</b>       | 45            | 58            | 51.5             |
| <b>Bio Optica Milano</b> | 48            | 52            | 50               |
| <b>AHSI</b>              | 70            | 70            | 70               |

- **ditta Kaltek:** ha richiesto chiarimenti relativi alla modalità di attribuzione dei punteggi relativi al lotto n. 4.

Dopo rivalutazione delle schede tecniche, la Commissione, accertata la fondatezza dei rilievi rettifica come di seguito:

Ditta Diapath, elemento A:

- Al punto “Sistema video, composto da Videocamera : con messa a fuoco automatica; controllo automatico della luminosità; bilanciamento del bianco automatico; zoom da 18x” il punteggio è 0/10 e non 8/10;
- Al punto “Box filtri completo di un filtro polvere e più filtri a carboni attivi specifici per la formalina ed i solventi organici. Moto-aspiratore, dotato di protezione salvamotore. In conformità alle norme per le apparecchiature da laboratorio CEI, tutti i comandi e gli azionamenti elettrici per l’operatore devono essere alimentati a bassa tensione ( volts) del tipo a membrana interna IP54.” il punteggio è 0/10 e non 7/10;
- Al punto “Cappa dotata di sistema elettronico di variazione e controllo della velocità dell’aria aspirata con sonda di misurazione della velocità dell’aria ad alta sensibilità e precisione conforme alla norma.” il punteggio è 0/10 e non 4/10;
- Al punto “Tavolo di servizio, posizionato nell’angolo a sinistra del piano di lavoro dim. c.a 50x50cm. in acciaio inox con profilo anti-debordante.” il punteggio è 10/10 e non 8/10;
- Al punto “Software dedicato in ambiente Windows che consente di ricevere immagini e suoni su qualunque PC autorizzato in tempo reale e con una qualità televisiva. Si possono salvare singoli fotogrammi o intere sequenze. Unità di controllo a distanza, per la gestione delle immagini della videocamera che, possono essere zoomate, ruotate e messe a fuoco direttamente da PC, consentendone una più accurata valutazione.” il punteggio è 10/10 e non 7/10.

Ditta Diapath, elemento C:

- Al punto “Vaschetta di raccolta di sicurezza sul ripiano interno inferiore in acciaio INOX o in PVC” il punteggio è 0/8 e non 6/8;
- Al punto “Quadro elettrico di comando con protezione IP 54 con interruttore magnetotermico, spia rete, timer di funzionamento” il punteggio è 0/8 e non 4/8;
- Al punto “Box filtro posizionato in apposito cavedio tecnico realizzato completamente in PVC antiacido di grosso spessore. Filtri per polveri ed a carboni attivi per sostanze acide” il punteggio è 0/8 e non 4/8;
- Al punto “Maniglia di apertura incassata senza sporgenze” il punteggio è 0/8 e non 6/8

Ditta Diapath, elemento D:

- Al punto “Dotazione di elettro-aspiratore mediante sostanze auto-estinguenti” il punteggio è 0/20 e non 11/20;
- Al punto “Vaschette interne per l’eventuale contenimento dei liquidi dispersi” il punteggio è 0/20 e non 10/20.

Ditta Bio-optica, elemento A:

- Al punto “Sistema video, composto da Videocamera : con messa a fuoco automatica; controllo automatico della luminosità; bilanciamento del bianco automatico; zoom da 18x” il punteggio è 0/10 e non 8/10;
- Al punto “Tavolo di servizio, posizionato nell’angolo a sinistra del piano di lavoro dim. C.a 50x50cm. in acciaio inox con profilo anti-debordante.” il punteggio è 0/10 e non 2/10;
- Al punto “Box filtri completo di un filtro polvere e più filtri a carboni attivi specifici per la formalina ed i solventi organici. Moto-aspiratore, dotato di protezione salvamotore. In conformità alle norme per le apparecchiature da laboratorio CEI, tutti i comandi e gli azionamenti elettrici per l’operatore devono essere alimentati a bassa tensione ( volts) del tipo a membrana interna IP54.” il punteggio è 0/10 e non 7/10.

Ditta Bio-optica, elemento C:

- Al punto “Elettroaspiratore radiale con motore elettrico esterno con protezione ai sovraccarichi, antiacido ,ventola in fiberglass rinforzata antiacido, 220V, 50Hz, 47W, 200 m3/h, 200 Pa, 45 dBA” il punteggio è 0/8 e non 6/8;
- Al punto “Quadro elettrico di comando con protezione IP 54 con interruttore magnetotermico, spia rete, timer di funzionamento” il punteggio è 0/8 e non 4/8;


- Al punto “Box filtro posizionato in apposito cavedio tecnico realizzato completamente in PVC antiacido di grosso spessore. Filtri per polveri ed a carboni attivi per sostanze acide” il punteggio è 0/8 e non 4/8;
- Al punto “Maniglia di apertura incassata senza sporgenze” il punteggio è 8/8 e non 7/8


**Di seguito tabella riassuntiva dei punteggi del lotto n.4 comprensiva delle rettifiche**


| Ditta             | Elemento a) | Elemento b) | Elemento c) | Elemento d) | Punteggio totale |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DIAPATH SPA       | 40          | 69          | 38          | 30          | 44.25            |
| Bio Optica Milano | 40          | 70          | 46          | 70          | 56.5             |
| Kaltek Srl        | 70          | 70          | 70          | 70          | 70               |

I lavori vengono chiusi alle ore 10,00.

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Pio Zeppa in qualità di Presidente; 

Dott. Antonio D'Antonio, in qualità di componente; 

dott.ssa AnnaMaria Cascone, in qualità di componente; 

Dott. Silvio Cigolari, in qualità di Commissario; 

Dr.ssa Maddalena Langella, in qualità di componente e segretario verbalizzante 