



VERBALE DI GARA

In data 06.05.2022 alle ore 10:40 presso la sede della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Napoli 2 Nord, sita in Frattamaggiore (NA) al corso Vittorio Emanuele III n.7, si riunisce la Commissione di Gara relativamente alla procedura aperta per la Fornitura di dispositivi per chirurgia mininvasiva ed elettrochirurgia per l'ASL Napoli 2 Nord, suddivisa in n. 57 lotti, per un periodo di n. 3 anni per una spesa complessiva di € 18.186.228,00 +IVA se dovuta, da espletarsi con modalità telematica sull'apposita piattaforma della So.Re.Sa. Spa, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 2) (offerta economicamente più vantaggiosa) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Commissione di Gara, nominata con Delibera di D.G. n.34 del 17.01.2022 ed è composta da:
dott. Biagio Sodano – Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale P.O. Giugliano -**Presidente**
dott.ssa Maria Grimaldi – Dirigente Farmacista- UOS Logistica del Farmaco- **Componente**
dott. Antonio Sciuto - Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale P.O. Pozzuoli -**Componente**
Segretario Verbalizzante dott.ssa Carmela Tramontano - Collaboratore Amministrativo Professionale-
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La seduta odierna è stata convocata a mezzo e.mail del 03.05.2022 a seguito della nota Fiab Spa inoltrata in data 02.05.2022 a mezzo piattaforma Soresa Spa avente ad oggetto "Obiezioni affidamento lotto 11" aggiudicato alla ditta Colma .

La Commissione riesamina la documentazione tecnica relativa al lotto 11 della ditta Colma e della ditta Fiab e **conferma le valutazioni già attribuite dalla piattaforma Siaps di So.re.sa Spa** per le seguenti motivazioni:

- La lunghezza dell'elettrodo offerto dalla ditta Colma è pari a 70 mm, come richiesto dal Capitolato d'appalto e non 50 mm come rilevato dalla ditta Fiab nella nota del 02.05.2022, mentre la lunghezza dell'elettrodo offerto dalla ditta Fiab è pari a 75 mm.
- Inoltre nel Capitolato d'appalto è richiesto elettrodo con punta ad ago protetto **fino** a 4 mm per cui la protezione di 2 mm è conforme alle caratteristiche richieste.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara

Dott. Biagio Sodano

Dott.ssa Maria Grimaldi

Dott. Antonio Sciuto

Dott.ssa Carmela Tramontano