



VERBALE VALUTAZIONE TECNICA GARA 1184

GARA 1184 – Fornitura quinquennale in service di reagenti e sistemi diagnostici automatizzati per le esigenze della U.O.C. di Patologia Clinica e Molecolare, U.O.C. Diagnostica di Laboratorio delle Malattie del Sistema Immunitario e Programmi infradipartimentali di Diagnostica Endocrinologica Avanzata e Programmi infradipartimentali di Diagnostica Virologica Avanzata afferente al D.A.I. Medicina Interna, Immunologia Clinica, Patologia Clinica e Malattie Infettive dell'A.O.U. Federico II di Napoli.

Il giorno 16/06/2023 alle ore 11,30 nei locali dell'A.O.U. Federico II, alla Via S. Pansini n. 5, al I piano dell'edificio n.4, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Disposizione n. 24 del 17/04/2023 dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi-Direttore Amministrativo per effettuare le valutazioni tecnico-qualitative dei sistemi offerti dalle Società partecipanti alla gara in argomento, così composta:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| - prof.ssa Nunzia Montuori | Presidente |
| - prof. Francesco Oriente | Componente |
| - dott. Luca Vallefucio | Componente e segretario verbalizzante |

Come da proposta del consulente della Commissione Ing. A. Perrone, formalizzata nella riunione della Commissione di gara del 24/05/2023 prot. 25326 del 26/05/2023, si è provveduto a prendere visione di impianti di posta pneumatica già installati ed operativi presso altre strutture sanitarie ed aventi le stesse caratteristiche di quelli offerti in gara. In data 08/06/2023 è stato visionato l'impianto di posta pneumatica dell'Ospedale del Mare ASL NA1 centro in Via Enrico Russo, 11, 80147 Napoli NA, proposto in visione dalla ditta ROCHE Diagnostics S.p.A., erano presenti al sopralluogo il RUP della gara Prof. Giuseppe Portella, l'Ing. A. Perrone e i componenti della Commissione di gara Prof.ssa Nunzia Montuori, prof. Francesco Oriente, dott. Luca Vallefucio e personale della ditta.

In data 14/06/2023 è stato visionato l'impianto di posta pneumatica dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino- Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova, proposto dall'ATI Siemens Healthcare S.r.l./DiaSorin Italia S.P.A.. Erano presenti al sopralluogo, il RUP della gara Prof. Giuseppe Portella, il presidente della Commissione di gara Prof.ssa Nunzia Montuori e personale della ditta.

L'Ing. A. Perrone a causa di imprevisti impedimenti familiari non ha potuto essere fisicamente presente, ma si è collegata tramite mezzi telematici durante le varie fasi del sopralluogo.

La Commissione di gara, sulla base dei progetti presentati da entrambe le ditte e dei sopralluoghi effettuati agli impianti proposti dalle ditte, ritiene entrambe le proposte progettuali idonee in quanto soddisfacevano a tutti i requisiti richiesti dal capitolato.