



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - CENTRO
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Comunale del Principe 13/a 80145 Napoli
Tel. 081/2544430
Pec: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it
P. I.V.A. **06328131211**

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

del 28/01/2021

Procedura aperta, da espletarsi ai sensi dell'art.60 e con aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento annuale di Protesi Vascolari occorrenti alle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare dei PP.OO. dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

Addì 28 del mese di gennaio 2021, alle ore 10,00 nella sede dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi ed Economato dell'ASL Napoli 1 Centro (Part. IVA – Cod. Fiscale 06328131211) – Via Comunale del Principe, 13/a, la Commissione Tecnica, giusta Delibera del Direttore Generale n°1311 del 09.12.2020 si costituisce per i lavori di valutazione tecnica delle offerte presentate dalle Ditte che, entro le ore 12:00 del 24.09.2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel Disciplinare di Gara, hanno fatto pervenire sulla piattaforma di e-procurement SIAPS, raggiungibile dal sito www.soresa.it, i plichi in formato elettronico e che risultano le seguenti:

Ragione Sociale	Comune	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Data ricezione
Serom Medical Technology Srl	Roma	2,17	PI039256-20	21/09/2020 16:06:28
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Milano	13,14	PI039281-20	21/09/2020 17:55:27
SIAD Healthcare S.p.A.	Assago	15	PI039335-20	22/09/2020 10:18:38
LEMATRE VASCULAR SRL	San Giuliano Milanese	5,11,12,13,14,15,16,18,19	PI039603-20	22/09/2020 16:08:52
ab medica	Milano	19	PI039770-20	23/09/2020 12:36:16
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	Rozzano	12	PI039851-20	23/09/2020 14:57:49
Assut Europe SpA	Roma	13	PI039855-20	23/09/2020 15:14:40
TEKNEMARIS SRL	Napoli	3,4,8,9	PI039862-20	23/09/2020 15:32:21
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Verona	7	PI039925-20	23/09/2020 16:56:22
B.BRAUN MILANO S.p.A.	Milano	17,2	PI039954-20	24/09/2020 09:25:49
B.BRAUN MILANO S.p.A.	Milano	2,17	PI040006-20	24/09/2020 11:14:40


Le stesse avendo presentato documentazione amministrativa richiesta vengono ammesse alla valutazione tecnica;

La Commissione Tecnica procede all'esame della documentazione tecnica ed alla valutazione delle offerte secondo i criteri di qualità indicati nel Capitolato tecnico ed a norma dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 attribuisce i seguenti punteggi:

lotti	Ditta	Elementi di valutazione	Punteggi attribuiti	Totale punteggio
1	LOTTO DESERTO			
2	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
	B.BRAUN	Non conforme per la mancanza di chiara indicazione nella scheda tecnica al "legame con antibiotico", così come richiesto nel capitolato tecnico		
3	TEKNEMARIS	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
4	TEKNEMARIS	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
5	LE MAITRE VASCULAR	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
6	LOTTO DESERTO			
7	W.L. GORE	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	10	
		Caratteristica degli anelli e facilità di rimozione	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	



		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
		70 pt		
8	TEKNEMARIS	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Qualità delle emostasi	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Letteratura scientifica	10	
		70 pt		
9	TEKNEMARIS	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Qualità delle emostasi	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Letteratura scientifica	10	
		70 pt		
10	LOTTO DESERTO			
11	LE MAITRE VASCULAR	Gamma di misure e forme		
		Qualità delle emostasi		
		Caratteristiche di resistenza alla puntura ripetuta di aghi per emodialisi		
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura		
		Letteratura scientifica		
		70 pt		
12	LE MAITRE VASCULAR	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Gamma di misure	10	
		Resistenza alla plicatura	20	
		Caratteristiche della rastrematura e prossimale dello shunt	10	
		Caratteristiche del canale di lavaggio	10	
		70 pt		
	INTEGRA	Non conforme al capitolato tecnico		
13	EDWARDS LIFE SCIENCES	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Gamma di misure	20	
		Resistenza alla plicatura	10	
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10	
		Radiopacità	10	
		70 pt		
	LE MAITRE VASCULAR	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa		
	ASSUT EUROPE	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa		




14	EDWARDS LIFE SCIENCES	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico in quanto mancano i due rubinetti			
	LE MAITRE VASCULAR	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10		
		Pronta disponibilità del materiale	10		
		Gamma di misure	10		
		Resistenza alla plicatura	10		
		Caratteristiche del canale di lavaggio	10		
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10		
		Radiopacità	10		
			70 pt		
15	SIAD HEALTHCARE	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10		
		Pronta disponibilità del materiale	10		
		Gamma di misure	10		
		Resistenza alla plicatura	20		
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10		
		Radiopacità	10		
				70 pt	
	LE MAITRE VASCULAR	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa			
16	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10		
		Adattabilità del modellamento	10		
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10		
		Qualità delle emostasi	10		
		Letteratura scientifica	10		
		Resistenza alle infezioni	10		
		Resistenza alla sutura	10		
			70 pt		
17	BBRAUN	Pronta disponibilità del materiale	10		
		Adattabilità del modellamento	10		
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10		
		Qualità delle emostasi	5		
		Letteratura scientifica	10		
				45 pt	
	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	Pronta disponibilità del materiale	10		
		Adattabilità del modellamento	20		
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	20		
		Qualità delle emostasi	10		
Letteratura scientifica		10			
			70 pt		
18	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10		
		Adattabilità del modellamento	10		
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10		
		Qualità delle emostasi	10		
		Resistenza alle infezioni	10		

		Caratteristiche biochimiche antitrombotiche	10	
		Radiopacità	10	
				70 pt
19	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10	
		Maneggevolezza	15	
		Letteratura scientifica	10	
		Resistenza alle plicature	15	
		Caratteristiche della rastrematura del carattere distale	10	
		Radiopacità	10	
	AB MEDICA	Non conforme in quanto il diametro minimo non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico		

Del che si è redatto il presente verbale, composto da nn. 5 pagine, letto, confermato e sottoscritto alle ore 13:00.


Dott. Gianmarco De Maddi - U.O.C. Farmacia S. Giovanni Bosco



Dott. Michelangelo Boschetti - U.O.C. Chirurgia Vascolare S. Giovanni Bosco



Dott. Salvatore Platì - U.O.C. Chirurgia Vascolare Ospedale del Mare



Dott.ssa Raffaella Solombrino - Segretario Verbalizzante,

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

