



**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA,
IMMUNOISTOCHEMICA, IBRIDAZIONE IN SITU, ISTOCHEMICA, EMATOSILLINA EOSINA
PER ISTOLOGIA, COLORAZIONI SPECIALI, TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’,
SCANNER DI VETRINI CON NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER LA UOC DI
ANATOMIA PATOLOGICA (LOTTO N.1 - CIG 8580387758) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S.
SEBASTIANO” DI CASERTA – N. GARA 8011694**

VERBALE II

In data 16/04/2021 alle ore 12.00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 289 dell’01/04/2021, così composta:

Dott. Arnolfo Petruzzello - Direttore Dipartimento Servizi Sanitari A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta;

Dott.ssa Giovanna Mazzarella - Dirigente medico con incarico professionale di base in Patologia Tiroidea, afferente alla U.O.C. Anatomia Patologica della suindicata AORN - Componente;

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia - Dirigente UOC Farmacia Ospedaliera della stessa Azienda - Componente;

La Dott.ssa Teresa Capobianco – Dirigente Amministrativo, assegnato alla UOC Provveditorato Economato dell’AORN” svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in esecuzione del summenzionato provvedimento.

PREMESSO CHE

-il Seggio di gara, con verbali n.1 del 24/02/2021 (agli atti), ha proceduto - tramite l’utilizzo della piattaforma SIAPS - all’apertura telematica dell’unica offerta pervenuta per la gara in oggetto, inviata dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS Spa.; tanto ai fini della verifica della regolarità della documentazione amministrativa in essa contenuta, con ammissione della Ditta alla gara.

In data odierna, si riunisce la Commissione giudicatrice ed il Presidente, Dott. Arnolfo Petruzzello, riscontratane la regolare costituzione, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente i componenti la Commissione ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e smi. e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Susseguentemente il Presidente dispone che vengano presi in esame i documenti di gara quali il Capitolato Speciale d’Appalto , gli allegati B/1 e B/2, recanti rispettivamente le caratteristiche minime della fornitura ed i criteri di valutazione con i punteggi qualità, oltre ai chiarimenti pubblicati sulla piattaforma SIAPS

Terminata la disamina della summenzionata documentazione, la Commissione, non avendo alcun rilievo da

formulare in merito alla stessa.

Gli atti restano depositati presso la UOC Provveditorato – Economato.

La seduta viene chiusa alle ore 12.20.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. ssa Giovanna Mazzarella

Giovanna Mazzarella

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

Maria Dezia Bisceglia

IL PRESIDENTE

Dott. Arnolfo Petruzzello

Arnolfo Petruzzello

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Capobianco

Teresa Capobianco

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA,
IMMUNOISTOCHEMICA, IBRIDAZIONE IN SITU, ISTOCHEMICA, EMATOSILLINA EOSINA
PER ISTOLOGIA, COLORAZIONI SPECIALI, TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’,
SCANNER DI VETRINI CON NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER LA UOC DI
ANATOMIA PATOLOGICA (LOTTO N.1 - CIG 8580387758) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S.
SEBASTIANO” DI CASERTA – N. GARA 8011694**

VERBALE III

In data 16/04/2021 alle ore 12.30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) via Palasciano, Caserta, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 289 dell’01/04/2021, così composta:

Dott. Arnolfo Petruzzello - Direttore Dipartimento Servizi Sanitari A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta;

Dott.ssa Giovanna Mazzarella - Dirigente medico con incarico professionale di base in Patologia Tiroidea, afferente alla U.O.C. Anatomia Patologica della suindicata AORN - Componente;

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia - Dirigente UOC Farmacia Ospedaliera della stessa Azienda - Componente;

La Dott.ssa Teresa Capobianco – Dirigente Amministrativo, assegnato alla UOC Provveditorato Economato dell’AORN” svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in esecuzione del summenzionato provvedimento.

In rappresentanza della Ditta ROCHE DIAGNOSTICS Spa., munito di delega depositata agli atti, è presente il Sig. Pasquale Alfano.

PREMESSO CHE

-in data 24/02/2021 il Seggio di gara, con verbale n.1, ha proceduto - tramite l’utilizzo della piattaforma SIAPS - all’apertura telematica dell’unica offerta pervenuta per la gara in oggetto, inviata dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS Spa.; tanto ai fini della verifica della regolarità della documentazione amministrativa in essa contenuta, con ammissione della Ditta alla gara.

In data odierna alle ore 12.00, con verbale n.2/2021 si è insediata la Commissione giudicatrice, con le risultanze ivi riportate.

In pari data, si riunisce in seduta pubblica la predetta Commissione per l’apertura telematica della busta tecnica presentata dalla suindicata Ditta ai fini della verifica della regolarità della documentazione in essa contenuta. Alle ore 12.35 il Presidente, Dott. Arnolfo Petruzzello, riscontrata la regolare costituzione del suddetto organismo, dispone che si dia inizio ai lavori.



Attivata la piattaforma SIAPS e selezionata la gara in questione, si prende atto che il sistema non riconosce le credenziali del Presidente per l'accesso, sicché viene contattato il servizio di assistenza per la risoluzione del problema. L'operatore del servizio comunica di aver preso in carico la richiesta di reset password, che consentirà l'accesso alla suindicata piattaforma per la successiva apertura dell'offerta tecnica.


Alle ore 13.00. viene riattivata la piattaforma SIAPS, rifelezionata la gara in questione, dandosi luogo - tramite l'impiego delle nuove credenziali del suddetto Presidente - allo sblocco dell'offerta tecnica presentata dalla Ditta Roche Diagnostic Italia. La Commissione quindi procede alla verifica dell'inclusione nella busta presentata della documentazione tecnica, prevista dalla lettera a) alla lettera g), del paragrafo 15 del Disciplinare di gara, oltrechè delle cosiddette "DICHIARAZIONI EVENTUALI", risultandone la regolarità.


Si dà atto che la Ditta ha prodotto la "DICHIARAZIONE EVENTUALE" per la parte riferita ai segreti tecnici e commerciali. Si dà altresì atto che tutta la documentazione sopra indicata è presente sulla piattaforma SIAPS, nella sezione dedicata alla gara di che trattasi e resta nella disponibilità della sola Commissione giudicatrice.

Alle 13.45. terminati i lavori previsti per l'odierna seduta pubblica, la stessa Commissione decide all'unanimità autoconvocarsi per il 20 p.v. alle ore 11.00.


Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto


I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. ssa Giovanna Mazzarella


Dott. ssa Maria Dezia Bisceglia


IL RAPPRESENTANTE DITTA


IL PRESIDENTE
Dott. Arnolfo Petruzzello


IL SEGRETARIO
Dott. ssa Teresa Capobianco




**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA,
IMMUNOISTOCHEMICA, IBRIDAZIONE IN SITU, ISTOCHEMICA, EMATOSILLINA EOSINA
PER ISTOLOGIA, COLORAZIONI SPECIALI, TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’,
SCANNER DI VETRINI CON NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER LA UOC DI
ANATOMIA PATOLOGICA (LOTTO N.1 - CIG 8580387758) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S.
SEBASTIANO” DI CASERTA – N. GARA 8011694**

VERBALE IV

In data 26/04/2021 alle ore 10.30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) via Palasciano, Caserta, si è riunita in seduta riservata - autoconvocatasi - la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 289 dell’01/04/2021, così composta:

- Dott. Arnolfo Petruzzello - Direttore Dipartimento Servizi Sanitari A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta;
- Dott.ssa Giovanna Mazzarella - Dirigente medico con incarico professionale di base in Patologia Tiroidea, afferente alla U.O.C. Anatomia Patologica della suindicata AORN - Componente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia - Dirigente UOC Farmacia Ospedaliera della stessa Azienda – Componente.

La Dott.ssa Teresa Capobianco – Dirigente Amministrativo, assegnato alla UOC Provveditorato Economato dell’AORN” svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in esecuzione del summenzionato provvedimento.

PREMESSO CHE

- in data 16/04/2021 la Commissione giudicatrice con verbale n.3, ha proceduto - tramite l’utilizzo della piattaforma SIAPS - all’apertura telematica dell’unica offerta pervenuta per la gara in oggetto, inviata dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS Spa. con le risultanze riportate nel suindicato verbale;
- in pari data la stessa Commissione si è autoconvocata in seduta riservata per il 20/04/2021, ma per sopraggiunte difficoltà derivanti dall’utilizzo della piattaforma SIAPS detta seduta è stata differita a data da destinarsi.

In data odierna, il predetto organismo si riunisce in seduta riservata ed il Presidente, Dott. Arnolfo Petruzzello, riscontrata la regolare costituzione, dispone che si dia inizio ai lavori circa la rispondenza dell’offerta tecnica presentata dalla ROCHE DIAGNOSTICS Spa. ai requisiti minimi prestabiliti dal Capitolato Speciale, oltreché dall’allegato B/1.

Terminati i lavori previsti per l'odierna seduta la stessa Commissione decide all'unanimità di richiedere alla predetta Ditta i seguenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata, in conformità al paragrafo 15 del Disciplinare, assegnandole quale termine per il riscontro 04/05/2021;


- 1) si chiede chiarimento in relazione al riferimento n.3 pag. 5 dell'allegato B1, qui richiamato e trascritto, con invito a precisare la possibilità di carico dall'esterno del montavetrini, non avendo la Commissione riscontrato tale caratteristica nella documentazione esaminata;
- 2) si chiede, altresì, chiarimento in relazione al riferimento n.1 pag. 6 del succitato allegato, con invito a specificare la possibilità di scelta dei reagenti senza limitazione di tipo e quantità.

Alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione decide di aggiornarsi al giorno 11/05/2021 alle ore 10.30.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. ssa Giovanna Mazarella




Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




IL PRESIDENTE

Dott. Arnolfo Petruzzello



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Capobianco



**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA,
IMMUNOISTOCHEMICA, IBRIDAZIONE IN SITU, ISTOCHEMICA, EMATOSILLINA EOSINA
PER ISTOLOGIA, COLORAZIONI SPECIALI, TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’,
SCANNER DI VETRINI CON NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER LA UOC DI
ANATOMIA PATOLOGICA (LOTTO N.1 - CIG 8580387758) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S.
SEBASTIANO” DI CASERTA – N. GARA 8011694**

VERBALE V

In data 11/05/2021 alle ore 10.30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) via Palasciano, Caserta, si è riunita in seduta riservata - autoconvocatasi - la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 289 dell’01/04/2021, così composta:

- Dott. Arnolfo Petruzzello - Direttore Dipartimento Servizi Sanitari A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta;
- Dott.ssa Giovanna Mazzarella - Dirigente medico con incarico professionale di base in Patologia Tiroidea, afferente alla U.O.C. Anatomia Patologica della suindicata AORN - Componente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia - Dirigente UOC Farmacia Ospedaliera della stessa Azienda – Componente.

La Dott.ssa Teresa Capobianco - Dirigente Amministrativo, assegnato alla UOC Provveditorato Economato dell’AORN”- svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in esecuzione del summenzionato provvedimento.

+PREMESSO CHE

- in data 26/04/2021 la Commissione giudicatrice con verbale n.4, ha proceduto alla verifica circa la rispondenza dell’offerta tecnica presentata dalla ROCHE DIAGNOSTICS Spa. ai requisiti minimi prestabiliti dal Capitolato Speciale, oltreché dall’allegato B/1, decidendo di richiedere alla suddetta Società *“taluni chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata”*;
- la succitata Ditta, interpellata tramite l’utilizzo della piattaforma SIAPS , ha riscontrato la richiesta inoltratale (allegato n.1).

In data odierna, il predetto organismo si riunisce in seduta riservata ed il Presidente, Dott. Arnolfo Petruzzello, riscontratane la regolare costituzione, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente il Segretario, Dott.ssa Teresa Capobianco, dà lettura della precitata nota. Susseguentemente la Commissione, tenuto conto della esaustività dei chiarimenti forniti dalla ROCHE DIAGNOSTICS Spa., predispone un prospetto riepilogativo (allegato n.2) recante le risultanze della ultimata verifica di conformità della offerta




tecnica. Terminati i previsti per l'odierna seduta alle ore 12.15, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione decide di aggiornarsi al giorno 20/05/2021 - ore 10.00.


Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott. ssa Giovanna Mazzarella




Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




IL PRESIDENTE

Dott. Arnolfo Petruzziello



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Capobianco



ALLEGATO N.2

Procedura aperta per la fornitura quinquennale di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con noleggio della strumentazione da destinare all'A.O.R.N. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta

La Commissione tecnica ha esaminato la documentazione tecnica presentata dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA, come pubblicata sulla piattaforma SIAPS, tenuto anche conto dei chiarimenti resi dalla precitata Ditta, allegato n.1 al verbale V. Il prospetto riepilogativo che segue riporta le risultanze della verifica sulle "Caratteristiche minime" prefissate negli atti di gara (Allegato B/1 al Capitolato Speciale d'Appalto):

Caratteristiche minime indispensabili per la Colorazione di Ematossilina Eosina per Istologia

Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	RISULTANZE VERIFICA
1	Coloratore automatico di Ematossilina Eosina dall'asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi	Conforme
2	Capacità operativa minima 60 vetrini	Conforme
3	Il sistema deve comprendere necessariamente un montavetrini, che deve - a sua volta - poter allestire anche vetrini caricati dall'esterno	Conforme







Segue : Reagenti e consumabili Vetrini di Ematossilina ed Eosina per Istologia

Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	Fabbisogno annuo	RISULTANZE VERIFICA
1	Kit completo per Ematossilina ed Eosina	x 100.000 vetrini	Conforme
2	Kit completo di copri – oggetto	x 115. 000 vetrini	Conforme

Caratteristiche minime indispensabili per le Colorazioni d'Immunoistochimica (IHC) ed Ibridazione in Situ (ISH)

Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	RISULTANZE VERIFICA
1	Il Sistema offerto deve essere DI ULTIMA GENERAZIONE CON CERTIFICAZIONE CE/IVD completamente automatizzato dall'asciugatura del vetrino fino al contrasto in ematossilina	Conforme
2	Capacità operativa minima del sistema: 60 vetrini	Conforme
3	Gestione dei vetrini, dei reagenti, degli anticorpi e dei protocolli per mezzo di codici a barre	Conforme

Segue : Reagenti e consumabili per Immunoistochimica (IHC), farmaco – diagnostica ed Ibridazione in Situ (ISH)



Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	Fabbisogno annuo	RISULTANZE VERIFICA
1	Gli anticorpi prediluiti CE – IVD di Immunoistochimica e generale (esclusi test ad alto valore medico e dx) dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità. Ognuno di essi sarà richiesto - secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno ed anche in base a nuove acquisizioni scientifiche - dal listino o dai listini nell'arco della durata della fornitura in service di una o più aziende primarie di livello mondiale produttrici di anticorpi	11.000 vetrini	Conforme
2	Come sopra per ibridazione in situ ISH (HER 2)	90 vetrini	Conforme
3	Come sopra per anticorpo HER 2 (o alternativo)	200 vetrini	Conforme
4	Come sopra per anticorpo p16 (o alternativo)	100 vetrini	Conforme
5	Come sopra per anticorpo C- Kit (o alternativo)	100 vetrini	Conforme
6	Come sopra proteina PDL 1 farmaco diagnostico (o alternativo) – E' possibile offrire cloni in alternativa	50 vetrini	Conforme
7	Come sopra per FTTC (o alternativo)	200 vetrini	Conforme
8	Vetrini per IHC	12.000 vetrini	Conforme
9	Controllo qualità esterno per pannello mammella IHC (ES. Nordiq)	1/anno	Conforme






10	Come sopra per anticorpo ALK	50 vetrini	Conforme
11	Come sopra per anticorpo Pan TRK (o alternativo)	50 vetrini	Conforme
12	Come sopra per anticorpo Ros1 (o alternativo)	50 vetrini	Conforme
13	Come sopra per ibridazione in situ 1SH (Kappa Lambda Eher) o similari	150 vetrini	Conforme
14	Frigorifero con monitoraggio della temperatura per alloggiamento anticorpi con avviso acustico e con R142 per interfacciamento alla rete aziendale	1	Conforme

Caratteristiche minime indispensabili del Sistema d'Istochimica

Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	RISULTANZE VERIFICA
1	Strumentazione dedicata completamente automatica, nuova di fabbrica e di ultima generazione con certificazione CE/IVD	Conforme
2	Possibilità di baking e sparaffinatura on board con soluzione non tossica	Conforme
3	Gestione operativa di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro	Conforme
4	Software gestionale in lingua italiana	Conforme
5	Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio	Conforme
6	Strumentazione con possibilità di personalizzazione dei protocolli di lavoro	Conforme





Segue : Reagenti e consumabili per n. 2000 vetrini per colorazioni speciali

Rif.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo	RISULTANZE VERIFICA
1	Kit per colorazioni speciali prediluiti dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità; per ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno, anche in base a nuove acquisizioni scientifiche , dal listino nell'arco della durata della fornitura.	x 2000 vetrini	Conforme
2	Vetrini di supporto	x 2000 vetrini	Conforme

Caratteristiche minime indispensabili – Interfacciamento bidirezionale con i sistemi aziendali per la tracciabilità e rintracciabilità dei campioni chirurgici e non dalle UU.OO.CC. ove si effettua il prelievo (ad es., sale operatorie, poliambulatori, sala autoptica etc .) , alla digitalizzazione ed archiviazione digitale dei vetrini).

Rif.	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	RISULTANZE VERIFICA
1	<p>Sistema di tracciabilità e rintracciabilità avente le seguenti postazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 server; • n.1 postazione sala autoptica composta da pc, stampante, di etichette e barcode reader con supporto; • n.2 postazioni sale operatorie composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto; • n.1 postazione di accettazione composta da stampante di etichette e barcode reader con supporto; • n. 1 postazione alla riduzione dei campioni composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto (da installare internamente alla cappa presente nel laboratorio) ; • n. 1 postazione di Inclusione composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto; • n.1 stampante di cassette ; <p>• n.4 postazioni di Taglio al microtomo composte da pc con touch screen e barcode reader con supporto e stampante di etichette per vetrini ;</p>	Conforme

	<ul style="list-style-type: none"> • n.1 postazione al coloratore speciale composta da barcode reader; • n.1 postazione al coloratore IHC composta da barcode reader; • n.1 postazione di consegna caso da pc con schermo composta da barcode reader; • n.6 postazioni lettura vetrini per i patologi composte da lettore barcode reader con supporto; • n.1 scanner di vetrini digitali completo di server e sw per la telepatologia 	
2	Il sistema di tracciabilità deve consentire l'interfaccia bidirezionale per l'intera durata della fornitura con i sistemi informatici aziendali, presenti e futuri, con la stampigliatrice cassette	Conforme
3	Lo scanner deve interfacciarsi bidirezionalmente al sistema di tracciabilità	Conforme

Segue : Reagenti e consumabili per Sistema di tracciabilità

Rif.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo	RISULTANZE VERIFICA
1	Ribbon ed etichette	x 115.000 vetrini	Conforme

E' stata altresì riscontrata la conformità della proposta tecnica formulata dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS Spa. circa la sussistenza dei sottoelencati "ulteriori requisiti minimi", previsti per l'intero Sistema presente in gara :

- a) assistenza tecnica, da prestare entro 24 h (ventiquattro ore) dalla chiamata;
- b) certificazione dell'Azienda fornitrice, nella specie ISO 9001 o superiore;
- c) evasione degli ordinativi dei prodotti ordinati entro 5 giorni (cinque) lavorativi, decorrenti dalla data di spedizione dell'ordinativo.








REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 11/05/2021

I COMPONENTI

Dott.ssa Giovanna Mazzarella

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

IL PRESIDENTE

Dott. Arnolfo Petruzzello

