



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA  
SCUOLA MEDICA SALERNITANA  
UOC FARMACIA  
DIRETTORE DOTT.SSA G.M. LOMBARDI

Servizio di Farmacia Interna  
Direttore: Grazia Maria Lombardi  
Tel: 089/672641 – 089/672824  
Fax 089/672530

Prot. **116/F** del 17/03/2023

Salerno, li

Al Direttore dell'A.B.S.  
Dr.ssa C. Palumbo  
Dr.ssa G. Ragone

**Oggetto: Trasmissione verbali delle commissione giudicatrice relativi alla gara n.8308693**

Si trasmettono in allegato i verbali delle sedute della commissione giudicatrice relativi alle offerte tecniche pervenute per la procedura di gara n.8308693: "Procedura aperta per la fornitura, di durata quinquennale, di dispositivi per la S.S. Umaca".

Nel dettaglio si allegano sei documenti: il verbale di insediamento della commissione e i cinque verbali in cui vengono esaminate le offerte tecniche con le relative schede di valutazione di conformità delle offerte.

Distinti saluti.

Il Dirigente Farmacista  
Dr. Stefano Morabito



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA. GARA N. 8308693**

**VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese maggio 2022, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 1912 del 21.01.2021.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, in qualità di Presidente;
- Dr. ssa Elisabetta D'Amico, in qualità di Componente;
- Dr. Giuseppe Panzuto, in qualità di Componente e Segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, con deliberazione n.671 del 30 settembre 2021, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura, di durata quinquennale, di dispositivi per la S.S. Umaca, suddivisa in numero 17 lotti, per un valore complessivo pari ad € 1.395.500,00= oltre iva;
- che entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, come desumibile dalla piattaforma SIAPS, hanno presentato offerta gli operatori economici, come di seguito riportati, unitamente ai lotti di partecipazione:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Lotti Offerti</b>
Codan Srl	10,3,7,8,9
Fresenius Kabi Italia Srl	7
Deta Medical Srl	10
Cair Italia Srl	10,17,4,6
A.M.G. Medical Srl	10
B. Braun Milano Spa	10,7,8
Laboindustria	12
Icu Medical Europe Srl	10,17,4,5,6,7,8,9
Scognamiglio Srl	10,11,5,6,7
Neo Surgical Service Srl	1,11,12,2
Multimedical	10,17
Expertmed	12
Btc Medical Europe Srl	10,4,5,6,7,8,9

Flauto

AK RIK

Biolena Srl	1,10,17,2,6,7,8,9
Tau Medica Srl	15

- che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n. 13, 14 e 16, che vengono, pertanto, dichiarati deserti;
- che il Seggio di gara, regolarmente riunitosi il 26.11.2021 giusta verbale di pari data, ha scaricato, esaminato ed accertato la completezza e la congruità della documentazione amministrativa presentata dai precitati operatori economici;
- che, pertanto, i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara e il RUP ha provveduto, tramite piattaforma SIAPS, alle pubblicazioni di rito;

### CIO' PREMESSO

Il Presidente acquisisce agli atti il predetto documento di "Riepilogo delle attività di verifica amministrativa", ne dà lettura in modo che tutti i presenti ne possano prendere atto anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni di inesistenza di cause di compatibilità.

Quindi richiama gli atti presupposti della procedura in questione ed, in particolare, ne ricorda l'oggetto e le modalità di affidamento; quindi chiarisce i punti più rilevanti del Disciplinare di gara, e da' lettura dell'art. 6 di esso, rubricato "Procedura di aggiudicazione", facendo presente che la Commissione, in una o più sedute riservate, deve procedere alla valutazione tecnico – comparativa delle offerte presentate ed alla conseguente attribuzione dei punteggi di cui all'art. 6.1 "Modalità di attribuzione dei punteggi" del predetto medesimo disciplinare.

A questo punto il Presidente conferma, per il solo fatto della firma apposta in calce al presente verbale, la accettazione dell'incarico di cui alla disposizione del D.G. prot. n. 25089/2021 e rende la dichiarazione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che consegna al segretario perché, allegata al presente verbale, venga tenuta agli atti del procedimento.

Successivamente acquisisce anche gli atti di accettazione di incarico e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i componenti della Commissione hanno sottoscritto singolarmente, circa l'inesistenza a loro carico delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Completate le attività preliminari, il Presidente prende atto di aver ricevuto dal RUP la documentazione contenuta all'interno della busta tecnica di ciascuno degli operatori offerenti, e ne trasferisce copia su supporti informatici, uno per ciascuno dei membri della commissione, che ne accusano ricevuta per il solo fatto della firma del presente verbale.

La Commissione si aggiorna a data da destinarsi, per proseguire l'esame istruttorio degli atti. Nella occasione i componenti prenderanno una prima cognizione del contenuto quali-quantitativo delle buste di offerta tecnica di modo che possono stabilire le forme e modalità di analisi e valutazione in corenza con le disposizioni regolamentari sopra specificate.

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Stefano Morabito(*Presidente*)

Dr. ssa Elisabetta D'Amico(*componente*)

Dr. Giuseppe Panzuto(*componente e Segretario verbalizzante*)



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Arгона**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA.  
GARA N. 8308693**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 1**

L'anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di luglio 2022, si è riunita, in seduta riservata, in Farmacia, presso lo studio del CPSE Giuseppe Panzuto, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 1912 del 21.01.2021 per esaminare le offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, Presidente;
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente;
- CPSE Giuseppe Panzuto, componente e verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, alle ore 14:00, dichiara aperta la seduta.

La commissione prende visione della documentazione e si dà lettura del capitolato di gara per individuare la migliore modalità per esaminare la documentazione fornita dai concorrenti e darsi una linea per le sedute a venire.

Nel capitolato, per ogni lotto a gara vengono elencate le caratteristiche reputate imprescindibili e i dei requisiti minimi che i prodotti presentati dovranno possedere, vengono inoltre elencate le caratteristiche soggette a valutazione tramite assegnazione di un punteggio; in ragione del buon numero dei requisiti elencati e della numerosità di concorrenti per alcuni lotti, la commissione decide di predisporre dei quadri sinottici (che costituiranno parti integranti allegate ai verbali) in cui riassumere il tutto per controllare e confrontare le offerte in maniera semplice e sicura. La mancanza di uno dei prerequisiti da parte di un prodotto offerto verrà considerata motivo di

1

esclusione dalla procedura e non si procederà con la valutazione delle caratteristiche oggetto di valutazione a punteggio.

Si procede, quindi, con l'esame dell'offerta per il primo lotto di gara.

- **LOTTO 1 - Contenitore per il trasporto dei farmaci antitumorali:**

Le due ditte offerenti (Biolena e Neosurgical) hanno presentato dei prodotti conformi a quanto richiesto nel capitolato di gara e pertanto si è proceduto con la valutazione dei requisiti richiesti secondo il seguente schema:

<b>criterio</b>	<b>Biolena</b>	<b>NeoSurgical</b>
resistenza	25	25
Tenuta ermetica del coperchio	20	20
Facilità di presa	5	5
Presenza di due vassoi	8	8
Presenza di due tappetini	5	5
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

Si passa all'esame del secondo lotto a gara.

- **LOTTO 2 - Contenitore terziario per il trasporto dei farmaci antitumorali:**

Le due ditte offerenti (Biolena e Neosurgical) hanno presentato prodotti conformi a quanto richiesto nel capitolato di gara e pertanto si è proceduto con la valutazione dei requisiti richiesti secondo il seguente schema:

<b>criterio</b>	<b>Biolena</b>	<b>NeoSurgical</b>
Resistenza	20	20
Tenuta ermetica del coperchio	20	20
Facilità di presa	16	16
<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

Si prosegue, quindi, con l'esame del secondo lotto a gara.

- **LOTTO 3 - Set completo di emergenza:**

Presenta offerta per il lotto in oggetto la sola ditta Codan che fornisce un kit non completamente rispondente a quanto richiesto; manca, infatti, la soluzione di sodio ipoclorito e la soluzione per il lavaggio oculare.



La commissione, considerando che i prodotti mancanti nel kit proposto sono di semplice reperibilità e che l'esclusione dell'operatore comporterebbe la non aggiudicazione del lotto, decide di sospendere il giudizio circa l'ammissibilità dell'offerta per acquisire il parere della dr.ssa Alfieri, responsabile della UOS "Umaca".

Alle ore 15:45 il presidente dichiara chiusa la seduta programmando il successivo incontro alle ore 14:00 del giorno 12 di settembre p.v.

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

- Dr. Stefano Morabito, Presidente
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente
- CPSE Giuseppe Panzuto, Componente e verbalizzante

  
.....  
  
.....  
  
.....

# LOTTO 1

	BIOLENA	SEOSURGICAL
GU 236/99	SI	SI
RACCOMANDAZIONE 14/2012	SI	SI
40x25x20	SI	SI
50x30x25	SI	SI
2 VASSOI	SI	SI
LATEX FREE	SI	SI
TAPPETINO	SI	SI
AUTOCLAVABILE	SI	SI
CHIUSURA ERMETICA	SI	SI
MANICO COMODO	SI	SI
PRESA SICURA	SI	SI
IDONEO	OK	OK

PK  
S  
A

**LOTTO 2**

	BIOLENA	SEOSURGICAL
40x25x20	SI	SI
50x30x25	SI	SI
L. GUIDA 236/99	SI	SI
RACCOMANDAZIONE 14/2012	SI	SI
2 CONTENITORI 40x25x20 50x30x25	SI	SI
MANICO	SI	SI
TRACOLLA	SI	SI
CHIUSURA	SI	SI
IDONEO	OK	OK

PH  
f. n.



**LOTTO 3**

	CODAN
ISTRUZIONI	SI
ADDENSANTE	SI
SACCO	SI
LACCI	SI
GUANTI	SI
TUTA / CAMICE	SI
SOVRASCARPE / CALZARI	SI
FFP3	SI
OCCHIALI	SI
SOLUZIONE IPOCLORITO	NO
PALETTA	SI
5 PANNI ASSORBENTI	SI
MANICOTTI	SI
BUSTE TRASPORTI	SI
SOL. LAVAGGIO OCULARE	NO

PT  
ST



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA.  
GARA N. 8308693**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2**

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di settembre, si è riunita, in seduta riservata, in Farmacia, presso lo studio del CPSE Giuseppe Panzuto, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n.1912 del 21/01/2021 per esaminare le offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, Presidente;
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente;
- CPSE Giuseppe Panzuto, componente e verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, alle ore 14:00, dichiara aperta la seduta.

La seduta si apre prendendo atto del parere espresso dalla dr.ssa Alfieri in merito alle perplessità sorte nella precedente seduta circa l'opportunità di escludere il solo operatore offerente per il lotto n.3.

● **LOTTO 3 - Set completo di emergenza:**

Sentita la responsabile della U.O.S. Umaca circa le criticità sull'offerta per il lotto n.3 già evidenziate nel precedente verbale e riferite le considerazioni della commissione, pienamente condivise dalla dr.ssa Alfieri, si conviene sull'opportunità di ritenere ammissibile l'offerta dell'operatore CAIR sul lotto in oggetto anche alla luce del fatto che i prodotti non offerti sono di facile reperibilità.

gi At P4 F (1)

- **LOTTO 4 - Dispositivo per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici senza ago:**

Si passa all'esame del lotto n.4 per il quale rispondono le ditte CAIR, BTC e Icu Medical.

Come stabilito in precedenza si predispose il quadro sinottico in cui riportare i requisiti richiesti nel lotto per i materiali a gara; dall'esame della documentazione la commissione ravvisa una non conformità nei prodotti offerti dall'operatore CAIR in quanto, dalle immagini e dalle descrizioni fornite con le schede tecniche, pare mancare uno dei requisiti richiesti nel capitolato: non si riscontra, infatti, la presenza di un *"sistema di fissaggio al flacone con ghiera di sicurezza o con alette"*.

La commissione tuttavia conviene sull'indispensabilità di potersi valere di una campionatura dei prodotti in esame per meglio giudicare qualità come la maneggevolezza o le caratteristiche tecniche o ancora l'affidabilità e sicurezza delle connessioni la cui valutazione viene richiesta nel presente lotto e in quasi tutti i successivi.

Si decide, pertanto, di dare mandato alla UO "Acquisizione Beni e Servizi" di richiedere una campionatura agli operatori in gara dei prodotti da loro offerti; l'invio della campionatura resterà facoltativo da parte dell'operatore e la mancata sottomissione della stessa non costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Si conviene, inoltre, sul fatto che, per dispositivi di così massiccio impiego da parte di operatori specializzati come quelli presenti in Umaca (Unità di Manipolazione Farmaci Antiblastici), una valutazione "sul campo" dei prodotti e l'acquisizione di un parere da parte degli stessi, darebbe un grosso valore aggiunto alle valutazioni e costituirebbe una grande opportunità per emettere un giudizio il più possibile accurato e corretto.

Si decide, quindi che, una volta pervenuti i campioni, gli stessi saranno giudicati dalla commissione e sottoposti alla valutazione degli operatori dai quali si acquisirà un parere consultivo e una proposta di valutazione; la commissione acquisirà i risultati della valutazione da parte degli operatori della Umaca pur mantenendo piena autonomia nel giudizio finale.

Si predispongono, pertanto, delle schede di valutazione ad hoc da sottoporre al personale Umaca per la raccolta dei loro pareri e impressioni. Per ogni lotto vi saranno tante schede quanti saranno i concorrenti e le schede riporteranno i campi per i quali, nel capitolato, è richiesta una valutazione del prodotto e un campo note facoltativo.

Alle ore 16:00 il presidente dichiara chiusa la seduta; il successivo incontro sarà programmato una volta disponibile la campionatura dei prodotti.

FA LA PHL

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

- Dr. Stefano Morabito, Presidente
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente
- CPSE Giuseppe Panzuto, Componente e verbalizzante

Stefano Morabito  
Elisabetta D'Amico  
Giuseppe Panzuto

## LOTTO 4

	CAIR	BTC	ICU
ATTACCO LUER AUTOSIGILLANTE	SI	SI	SI
FILTRO ARIA 0.2 µm	SI	SI	SI
PERFORATORE CON CAPPuccio PROTEZIONE	SI	SI	SI
SIST. FISSAGGIO CON ALETTE/ GHIERA	?	SI - GHIERA	SI - ALETTE
FILTRO PARTICELLARE 5 µm	SI	SI	SI
COMPATIBILITA' MATERIALI	SI	SI	SI
VOLUME MORTO	0,45ml	0,25ml	0,14ml
LATEX FREE	SI	SI	SI
FTALATI FREE	SI	SI	SI
STERILE	SI	SI	SI
IDONEO	?	OK	OK

8

22

PT



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA.  
GARA N. 8308693**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 3**

L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di novembre dell'anno 2022, si è riunita, in seduta riservata, in Farmacia, presso lo studio del CPSE Giuseppe Panzuto, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 1912 del 21.01.2021 per esaminare le offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, Presidente;
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente;
- CPSE Giuseppe Panzuto, componente e verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, alle ore 13:45, dichiara aperta la seduta.

Acquisita la campionatura da parte degli operatori si riprende con l'esame in parallelo della documentazione fornita e dei prodotti anche alla luce delle indicazioni pervenute dal personale Umaca come deliberato e descritto nella precedente seduta.

- **LOTTO 4 - Dispositivo per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiproliferativi senza ago**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: CAIR, BTC e Icu Medical.

Analizzata anche la campionatura, la commissione resta ferma sull'idea di giudicare non conforme il prodotto della CAIR in quanto non dotato di "sistema di fissaggio al flacone con ghiera di

*Stefano Morabito*     *Elisabetta D'Amico*     *Giuseppe Panzuto*

sicurezza o con alette”, così come prescritto nel capitolato; si procede, pertanto alla valutazione delle altre due ditte offerenti i cui prodotti risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato.

Di seguito il prospetto riassuntivo:

Criterio	BTC	Icu Medical
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	16	18
Caratteristiche tecniche	14	15
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	10	14
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	8	10
Presentazione di un programma di addestramento del personale	10	10
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>67</b>

Si procede, quindi, con l'esame del lotto successivo.

- **LOTTO 5: Dispositivo per il prelievo per farmaci antitumorali particolari**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: BTC, Icu Medical, e Scognamiglio.

Accertato il possesso dei requisiti descritti nel capitolato da parte di tutti i partecipanti si passa alle valutazioni stilando il seguente prospetto riassuntivo:

Criterio	BTC	Icu Med.	Scognamiglio
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	7	13	10
Caratteristiche tecniche del perforatore, facilità di inserimento in qualsiasi tipo di elastomero, prelievo, tenuta, resistenza	5	9	6
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	8	14	8
Caratteristiche della camera di espansione	14	18	16
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	5	5	5
Presentazione di un programma di addestramento del personale e supporto specialistico agli operatori	5	5	4
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

SI AT PPH

- **LOTTO 6: Dispositivo per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antitumorali per flaconi di piccole dimensioni senza aghi e minore/uguale ai 13mm**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: Biolena, BTC, CAIR, Icu Medical e Scognamiglio.




Accertata la conformità dei prodotti offerti da parte di tutti gli operatori, si procede con la valutazione tecnica come di seguito sintetizzato:

Critério	Biolena	BTC	CAIR	Icu Med.	Scognamiglio
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	9	9	10	16	9
Caratteristiche tecniche	7	7	8	12	8
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	9	9	10	12	9
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	7	10	8	10	9
Presentazione di un programma di addestramento del personale	6	9	9	10	10
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>45</b>

Alle ore 15:40 il presidente dichiara chiusa la seduta programmando il successivo incontro il giorno 17/01/2023.

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

- Dr. Stefano Morabito, Presidente
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente
- CPSE Giuseppe Panzuto, Componente e verbalizzante

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....



## LOTTO 4

	CAIR	BTC	ICU
ATTACCO LUER AUTOSIGILLANTE	SI	SI	SI
FILTRO ARIA 0.2 µm	SI	SI	SI
PERFORATORE CON CAPPUCCIO PROTEZIONE	SI	SI	SI
SIST. FISSAGGIO CON ALETTE/ GHIERA	NO	SI - GHIERA	SI - ALETTE
FILTRO PARTICELLARE 5 µm	SI	SI	SI
COMPATIBILITA' MATERIALI	-	SI	SI
VOLUME MORTO	0,45ml	0,25ml	0,14ml
LATEX FREE	SI	SI	SI
FTALATI FREE	SI	SI	SI
STERILE	SI	SI	SI
IDONEO	NO	OK	OK



**LOTTO 5**

	BTC	ICU	SCOGNAMIGLIO
COMPATIBILITA' FARMACI PLACITAX, DOCETAX, CICLOFOSF, GEMCITA, BENDAMUST, MITOMIC	SI	SI	SI
STERILITA'	SI	SI	SI
ASPIRAZIONE COMPLETA	SI	SI	SI
ATTACCO LUER LOCK	SI	SI	SI
PERFORATORE	SI	SI	SI
SISTEMA FISSAGGIO GHIERA/ ALETTE	SI	SI	SI
CAMERA ESPANSIONE	SI	SI	SI
LATEX E DEHP FREE	SI	SI	SI
SPAZIO MORTO	SI	SI	SI
IDONEO	OK	OK	OK



## LOTTO 6

	BTC	ICU	SCOGNAMIGLIO	CAIR	BIOLENA
LUER LOCK	SI	SI	SI	SI	SI
FILTRO 0,2 µm	SI	SI	SI	SI	SI
PERFORATORE (TENUTA)	SI	SI	SI	SI	SI
COMPATIBILITA' (PLACITAXEL)	SI	SI	SI	SI	SI
TUTTO FARMACO	SI	SI	SI	SI	SI
LATEX/DHIPE FREE	SI	SI	SI	SI	SI
SPAZIO MORTO	0,15 ml	0,08 ml	0,01 ml	0,05 ml	0,0085 ml
PICCOLE DIMENSIONI 13 mm	SI	SI	SI	SI	SI
IDONEO	OK	OK	OK	OK	OK





**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA.  
GARA N. 8308693**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 4**

L'anno duemilaventitre, il giorno 17 del mese di gennaio, si è riunita, in seduta riservata, in Farmacia, presso lo studio del CPSE Giuseppe Panzuto, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 1912 del 21.01.2021 per esaminare le offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, Presidente;
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente;
- CPSE Giuseppe Panzuto,
- Componente e verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, alle ore 14:00, dichiara aperta la seduta riprendendo l'esame delle offerte dal punto in cui ci si era fermati nell'ultima seduta; si passa all'esame del materiale relativo al lotto n.7.

● **LOTTO 7 - Dispositivo connettore maschio autosigillante per boli di farmaci antitumorali**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: Biolena, BTC, Braun, Codan, Fresenius, Icu Medical e Scognamiglio.

Analizzate le schede tecniche e la campionatura la commissione ritiene di non poter ammettere al confronto le ditte: Biolena, Braun, Codan, Fresenius e Scognamiglio in quanto non rispondenti al requisito dell'alto flusso (punto D – circa 221ml/min).

*SS LK Pfl*

①

Le restanti ditte vengono valutate nel seguente modo:

Criterio	BTC	Icu Medical
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	14	18
Caratteristiche tecniche	10	14
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	9	15
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	10	10
Presentazione di un programma di addestramento del personale	10	10
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>67</b>

Si prosegue con l'esame del lotto successivo:

● **LOTTO 8: Dispositivo per prelievamento del diluente**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: Biolena, Braun, BTC, Codan e Icu Medical.

Accertato il possesso dei prerequisiti descritti nel capitolato da parte di tutti i partecipanti si passa alle valutazioni stilando il seguente prospetto riassuntivo:

Criterio	Biolena	Braun	BTC	Codan	Icu Med.
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	10	18	15	10	18
Caratteristiche tecniche	8	14	12	8	14
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	7	15	12	7	15
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	7	10	10	8	10
Presentazione di un programma di addestramento del personale	10	10	10	10	10
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>67</b>

**LOTTO 9: Prolunga per instillazione endovesicale di farmaci antiblastici**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: Biolena, BTC, Codan e Icu Medical.

L'unico prodotto conforme è quello offerto dalla ditta Icu Medical. Gli altri prodotti risultano non possedere tutti i requisiti richiesti nel capitolato; segue dettaglio dei motivi di esclusione:

- Biolena: La lunghezza totale del dispositivo è di soli 15cm a fronte dei 30 minimi richiesti;

*Handwritten signatures: FI, AL, PA, L*

- BTC: La lunghezza totale del dispositivo è di soli 20cm a fronte dei 30 minimi richiesti e non possiede la terza clamp di interruzione flusso (a valle);
- Codan: Il dispositivo non possiede la terza clamp di interruzione flusso (a valle).

La commissione esamina la campionatura per riscontro ulteriore e reputa non necessaria la valutazione da parte degli operatori dell'Umaca.

Dato il gran numero di offerenti e la conseguente corposità della documentazione e dei materiali da esaminare per il lotto 10, la commissione decide di rimandare l'esame alla successiva seduta che sarà interamente dedicata all'esame del lotto in questione. Si passa, quindi, all'esame dei restanti lotti di gara

- **LOTTO 15: Maschera facciale filtrante monouso pieghevole omologate FFP3**

Risponde per il lotto in questione il solo operatore TAU con un prodotto che, seppur conforme, risulta non più necessario in quanto già aggiudicato con altra procedura.

- **LOTTO 17: Connettore Luer femmina a circuito chiuso per infusione e prelievo**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: Biolena, CAIR, Icu Medical e Multimedical.

Analizzata la documentazione, le dichiarazioni degli operatori e le certificazioni, la commissione decide di escludere il prodotto della ditta Multimedical in quanto non esplicitamente destinato anche alla via arteriosa come previsto nel capitolato.

Le restanti ditte vengono valutate nel seguente modo:

Criterio	Biolena	CAIR	Icu Med.
Affidabilità e sicurezza delle connessioni	15	14	18
Caratteristiche tecniche	10	10	14
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	10	9	15
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	9	8	10
Presentazione di un programma di addestramento del personale	10	10	10
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>67</b>



Alle ore 16:30 il presidente dichiara chiusa la seduta programmando il successivo incontro il giorno 04/03/2023.





Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

- Dr. Stefano Morabito, Presidente
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente
- CPSE Giuseppe Panzuto, Componente e verbalizzante



## LOTTO 7

	ICU	BTC	SCOGNAMIGLIO	BIOLENA	CODAN	BRAUN	FRESENIUS
LUER LOCK MASCHIO COLLEGAMENTO AL DISPOSITIVO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LUER LOCK SIRINGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SISTEMA ANTIGOCCIOLAMENTO	SI	SI	-	-	SI	SI	SI
NO DISCONNESSIONE GIREVOLE 360° AD ALTO FLUSSO 221ml/min	SI	SI	NO, flusso 102ml/min	NO	NO	NO	NO
COMPATIBILITA'	SI	SI	-	-	SI	SI	SI
LATEX DHPE FREE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IDONEO	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO



## LOTTO 8

	ICU	BTC	BIOLENA	CODAN	BRAUN
STERILE	SI	SI	SI	SI	SI
COMPATIBILE	SI	SI	SI	SI	SI
SPIKE ANTIFRUSTOLO	SI	SI	SI	SI	SI
SPIKE 2 VIE	SI	SI	SI	SI	SI
GOCCIOLAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI
CAPPUCCIO PROTEZIONE	SI	SI	SI	SI	SI
FILTRO 1,2µm (apri/ chiudi)	SI 0,2	N.D.	SI	SI	SI
CONNETTORE LUER-LOCK SIRINGHE	SI	SI	SI	SI	SI
IDONEO	OK	NO	OK	OK	OK




## LOTTO 17

	Biolena	CAIR	Icu Medical	Multimedical
Dirett. 93/42	SI	SI	SI	SI
Sterilità	SI	SI	SI	SI
Compatibilità farmaci antiblastici	SI	SI	SI	SI
Privo di DEHP e Lattice	SI	SI	?	?
Circuito chiuso – pressione neutra	SI	SI	SI	SI
Basso spazio morto	SI – 0,0085ml	SI – 0,049ml	SI – 0,04ml	SI – 0,04ml
Trasparente	SI	SI	SI	SI
Adatto sia alla via arteriosa, sia alla via venosa	SI	SI	SI	NO – non dichiara pressione arteriosa
Connettore Luer femmina con valvola	SI	SI	SI	SI
<b>IDONEO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>




**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI PER LA  
S.S. UMACA.  
GARA N. 8308693**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 5**

L'anno duemilaventitre, il giorno 8 del mese di marzo, si è riunita, in seduta riservata, in Farmacia, presso lo studio del CPSE Giuseppe Panzuto, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 1912 del 21.01.2021 per esaminare le offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Stefano Morabito, Presidente;
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente;
- CPSE Giuseppe Panzuto, componente e verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, alle ore 13:00, dichiara aperta la seduta;

- **LOTTO 10 - Sistema completo per l'allestimento e la somministrazione a caduta di farmaci antiblastici fotosensibili e non fotosensibili**

Rispondono per il lotto in oggetto le ditte: AMG, Biolena, Braun, BTC, CAIR, Codan, DETA, Icu Medical, Multimediical e Scognamiglio.

Analizzate la documentazione e la campionatura fornite dalle diverse ditte, la commissione ravvisa delle non conformità rispetto a quanto richiesto dal capitolato, nei prodotti offerti dai seguenti operatori per le seguenti motivazioni:

- AMG: Filtro aria dello spike di misura non rispondente a quanto richiesto nel capitolato (1,2µm anziché 0,2µm);

*Handwritten signatures: SM, EA, GP*

①

- CAIR: Filtro aria dello spike di misura non rispondente a quanto richiesto nel capitolato (1,2µm anziché 0,2µm)
- Braun: Dimensione filtro aria dello spike non dichiarata
- DETA: Dimensione filtro aria dello spike non dichiarata


Le restanti ditte vengono valutate nel seguente modo:

Criteria	Biolena	BTC	CODAN	Icu Med.	Multimedical	Scognamiglio
Caratteristiche tecniche	10	16	16	18	16	16
Affidabilità e sicurezza delle connessioni, facilità e stabilità della connessione durante l'utilizzo	8	12	12	14	12	10
Maneggevolezza, praticità d'uso durante tutto il processo di utilizzo	8	12	10	14	12	12
Valutazione della documentazione tecnica e degli studi forniti	7	10	9	10	7	10
Presentazione di un programma di addestramento del personale e supporto specialistico agli operatori	6	10	10	10	6	10
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>58</b>

Alle ore 15:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.

- Dr. Stefano Morabito, Presidente
- Dr.ssa Elisabetta D'Amico, Componente
- CPSE Giuseppe Panzuto, Componente e verbalizzante

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....

## LOTTO 10-1

	AMG	Biolena	Braun	BTC	CAIR	CODAN	DETA	Icu Med.	Multimedical	Scognamiglio
Sterilità	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Circuito chiuso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Compatibilità farmaci/materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	?	SI	SI	SI
Caratteristiche spike e cappuccio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro compensazione pressione	NO - 1,2μ	SI	NO - 1,2μ	SI	N.D.	SI	N.D.	SI	SI	SI
Dispositivo per interruzione flusso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Connessioni dotate di valvola antireflusso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Camera di gocciolamento con filtro antiparticolato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Regolatore di flusso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Punto di accesso a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Attacco luer-lock per la connessione accesso paziente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>IDONEO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>


## LOTTO 10-2

	AMG	Biolena	Braun	BTC	CAIR	CODAN	DETA	Icu Med.	Multimedical	Scognamiglio
Sterilità	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Circuito chiuso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Caratteristiche spike e cappuccio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro compensazione pressione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Attacco Luer-lock e valvola per la connessione di siringhe luer-lock	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Raccordo a Y	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dispositivo per interruzione flusso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Attacco luer-lock con cappuccio per la connessione al deflussore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro in linea 0,22µ per dispositivo destinato al pacitaxel	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>IDONEO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>



