

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO – PAUSILIPON”
Via Teresa Ravaschieri (Già Via della Croce Rossa), 8 – 80122 – Napoli

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
PEC: provveditorato.santobono@pec.it

AVVISO DI CHIARIMENTI

OGGETTO: Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura triennale, in somministrazione, di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme per elettrochirurgia – lotto unico - Importo complessivo a base di gara € 352.400,00 oltre iva

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.03.2024 ore 13:00

Termine di pubblicazione dei chiarimenti: 14.03.2024 ore 18:00

Chiarimenti documentazione amministrativa:

QUESITO N. 1 (PI020550-24): *“Con la presente si chiede di confermare che la campionatura non sia da presentare ma che verrà eventualmente richiesta in fase successiva qualora ritenuto utile ed opportuno dalla Commissione di Valutazione. Cordiali saluti.”*

Risposta: Si conferma e si rimanda a quanto previsto dall'art. del Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 2 (PI016672-24): *“Spett.le Ente, si chiede conferma che ove l'operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del Codice, lo stesso potrà applicare la riduzione del 20% sull'importo della garanzia provvisoria ex art. 106, co. 8, 4° periodo del Codice (cumulabile con quella del 30% prevista ex lege in caso di possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).”*

Risposta: Si rappresenta che non è possibile cumulare la riduzione dell'importo della garanzia per il possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, in quanto tale possibilità non è stata prevista nel Disciplinare di gara né sono stati individuati nei documenti di gara iniziali le certificazioni, i marchi e l'importo della suddetta riduzione. Si rinvia, per tutto quanto disciplinato sulla garanzia, all'art. 10 del Disciplinare di Gara.


Chiarimenti Capitolato Speciale:

QUESITO N. 1 (PI020538-24): *“Con riferimento alla richiesta di “Manipoli laparotomici per sintesi/taglio circa 19 cm” si chiede conferma che, allo scopo di garantire una più ampia partecipazione, sia possibile offrire Manipoli laparotomici per sintesi/taglio con lunghezza pari a 23cm, nel rispetto del principio della tolleranza dimensionale. Cordiali saluti*

Risposta: Con riferimento alla descrizione del lotto unico dei manipoli si rappresenta che, laddove presente la dizione “circa”, essa è da intendersi nel senso che è ammessa una soglia di tollerabilità di $\pm 20\%$.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Coll. Amm. vo Alessandro Dumont)



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Erica Ferri)

