



"AZIENDA OSPEDALIERA  
SPECIALISTICA DEI COLLI"  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

**Azienda Ospedaliera dei Colli**

**U.O.C. Provveditorato - Economato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**Imprese interessate**

Napoli, 22.02.2024

**Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di dispositivi medici per procedure di osteosintesi spinali e craniche.**

Facendo seguito alle richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto, si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i correlati chiarimenti come da prospetto allegato.

Si precisa che i chiarimenti in argomento si riferiscono ai quesiti registrati a sistema alla data del 19.02.2024.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
dott. Francesco Buzzo

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Risposta
PI015971-24	<p>Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: - Lotto n. 22 VERTEBROPLASTICA Per una maggior partecipazione di aziende, chiediamo di poter presentare offerta economica del kit richiesto in gara, ma con cemento di media viscosità con destinazione d'uso certificata per vertebroplastica. - Lotto n. 23 CIFOPLASTICA per un'equivalenza di offerta e di campionatura da presentare in gara, con la presente chiediamo di specificare se il prezzo indicato in gara e il kit da offrire/campionare è per una procedura monolaterale oppure bilaterale. Rimango in attesa di una Vostra cortese risposta Saluti</p>	<p>1. Lotto 22 - vertebroplastica. E' possibile presentare un cemento con grado di viscosità diverso da quello indicato ma con destinazione d'uso certificata per vertebroplastica. La tabella di valutazione per tale lotto premia le caratteristiche del cemento e le sue proprietà chimico fisiche. 2. lotto 23 cifoplastica. Si precisa che il kit da campionare e da offrire deve riferirsi ad una procedura bilaterale.</p>
PI015721-24	<p>Buonasera, abbiamo provato a pagare i contributi ANAC ma sul portale non risultano CIG da pagare in quanto è stata caricata una base d'asta pari ad euro 48.600,00 per tutti i lotti di gara. Ci sarà una rettifica da parte vostra o c'è un altro modo per procedere al pagamento? In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti</p>	<p>Gli importi dei diversi lotti sono stati correttamente caricati sul portale SIAPS. Il contributo va versato all'A.N.AC. solo per i lotti di importo pari o superiore ad € 150.000,00. Vds. il foglio elettronico pubblicato fra i documenti di gara. Per le modalità operative si prega di consultare il sito dell'A.N.AC. Nel link seguente sono indicate delle difficoltà operative e le modalità sostitutive per procedere al pagamento: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac">https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac</a></p>
PI014523-24	<p>Spett.le Ente, Si segnala che sul disciplinare di gara non sono indicati i criteri e i punteggi di aggiudicazione del lotto 19. Si chiede cortesemente l'integrazione dello stesso. Distinti Saluti</p>	<p>I criteri e i punteggi del lotto 19 sono i medesimi di quelli del lotto 7. Il prospetto B allegato al disciplinare di gara contiene un refuso. Vds. il nuovo prospetto pubblicato negli avvisi nel quale sono stati corretti anche gli errori relativi ai lotti 18 e 27.</p>
PI013908-24	<p>Buongiorno, in merito alla compilazione del modello offerta economica (all. 5) per i lotti delle stabilizzazioni si chiede se è possibile allegare un elenco con i codici che compongono l'impianto tipo in quanto sono presenti numerose voci e non entrerebbero nelle celle preposte del suddetto allegato.</p>	<p>Nel modello offerta economica (all. 5) non è necessario indicare tutta la gamma di ogni prodotto che compone l'impianto tipo. Basta indicarne uno per tipologia utilizzando la stessa cella. Tutte le voci vanno riportate singolarmente nel prospetto correlato all'offerta (all. 5.1).</p>

	grazie cordiali saluti.	
PI013771-24	<p>RICHIESTA DI CHIARIMENTI Prot. n. LC_A400478_231465_2024 (Citare nelle comunicazioni)</p> <p>Spett.le Ente,</p> <p>In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. rispettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimento.</p> <p>In particolare, si chiede di voler indicare gli impianti TIPO per i seguenti Lotti, al fine di garantire offerte conformi, tra loro omogenee e comparabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotto 14 SISTEMA DI GABBIE INTERSOMATICHE TLIF</li> <li>• Lotto 15 SISTEMA DI GABBIE INTERSOMATICHE LOMBARI LATERALI MIS</li> <li>• Lotto 16 SISTEMA DI GABBIE INTERSOMATICHE PLIF</li> <li>• Lotto 18 PLACCA TORACO-LOMBARE (Impianto tipo Placca Cervicale sembrerebbe un refuso, si chiede di voler verificare e, se del caso, rettificare)</li> <li>• Lotto 19 SISTEMA DI GABBIE INTERSOMATICHE ALIF</li> <li>• Lotto 22 VERTEBROPLASTICA</li> <li>• Lotto 23 CIFOPLASTICA</li> </ul> <p>Premesso quanto sopra, si chiede di voler cortesemente prendere in considerazione i rilievi formulati e di voler fornire i relativi riscontri, al fine di garantire il buon esito della procedura.</p> <p>Si ringrazia della cortese attenzione e si porgono</p> <p>Distinti saluti</p>	<p>Per i lotti 14, 15 e 16 non è prevista l'indicazione dell'impianto tipo in quanto trattasi di un unico dispositivo. Nel caso di diverse misure o forme dello stesso per l'indicazione del prezzo unitario offerto occorre far riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara per quotazioni di importo diverso.</p> <p>La descrizione dell'impianto tipo di cui al lotto 18 contiene un refuso. La parola "cervicali" va eliminata. La descrizione corretta è N. 1 PLACCA + N. 4 VITI.</p> <p>Per quanto riguarda il lotto 19 non è prevista l'indicazione dell'impianto tipo in quanto trattasi di un unico dispositivo costituito da cage e viti di ancoraggio ai piatti vertebrali. Nel caso di diverse misure o forme dello stesso per l'indicazione del prezzo unitario offerto occorre far riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara per quotazioni di importo diverso</p> <p>Relativamente al lotto 22 e 23 si precisa che l'offerta deve riferirsi al kit completo come riportato nella colonna "descrizione" dell'allegato 1 al CSA. Si riportano di seguito gli elementi minimi richiesti:</p> <p>LOTTO 22: 1 cemento spinale, 2 aghi per innesto cemento, 1 ago da biopsia</p> <p>LOTTO 23: 1 cemento spinale, 2 aghi per innesto cemento, 1 ago da biopsia, 1 set con palloncino o con stent. Si precisa che il kit da campionare e da offrire deve riferirsi ad una procedura bilaterale.</p>
PI013419-24	<p>Spett.le</p> <p>Considerata la richiesta di cui al lotto 31, si chiede cortesemente di scindere il lotto in voci/sublotti in modo da poter offrire correttamente i due manipoli richiesti avanti caratteristiche e prezzi di listino differenti.</p>	<p>Ente,</p> <p>Tale possibilità non è prevista. L'operatore economico può indicare un prezzo medio per i due manipoli nell'allegato 5 (modulo offerta) e dettagliare i singoli</p>

	Distinti Saluti	prezzi nell'allegato 5.1 (prospetto correlato all'offerta).
PI013400-24	<p>Spett.le Ente,</p> <p>In relazione al lotto 13, si evidenzia il fatto che il requisito "STILETTO DI PERFORAZIONE", presente nell'impianto tipo, è posseduto, per quanto a nostra conoscenza, da un unico operatore economico presente sul mercato.</p> <p>Si chiede cortesemente di elidere questa previsione al fine di consentire la partecipazione effettiva di più aziende.</p> <p>In alternativa si chiede se è possibile presentare dichiarazione di equivalenza.</p> <p>Distinti Saluti</p>	<p>Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile si elimina dall'impianto tipo l'elemento "stiletto di perforazione". Gli operatori economici interessati alla partecipazione del lotto 13 devono pertanto formulare l'offerta sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>N.4 VITI POLIASSIALI;</p> <p>N.4 DADI DI SERRAGGIO;</p> <p>N.2 BARRE;</p> <p>N. 1 CONFEZIONE DI PMMA O MATRICI SIMILARI</p>
PI013187-24	<p>Buongiorno,</p> <p>Per il calcolo dei requisiti richiesti, il fatturato da prendere come riferimento è l'importo posto a base d'asta o il totale stimato con l'opzione?</p> <p>Grazie</p>	<p>Il fatturato da prendere come riferimento per il calcolo dei requisiti è l'importo totale stimato, comprensivo dell'opzione.</p>