

Lotto 1: Endoprotesi d'anca cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Cupola biarticolare	2.1	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro >= 42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola a partire dal diametro 42mm (incluso). <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	22
		2.2	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro <42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola inferiori al diametro 42mm. . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente</i>	Q	10	
		2.3	Sistema o meccanismo di assemblaggio testa-cupola	Il punteggio verrà attribuito in presenza di un sistema/meccanismo che permetta il disassemblaggio della testa - cupola. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	4
4	Strumentario	4.1	Strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	8
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 2: Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria							
Lotto 3: Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cupola Biarticolare	2.1	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro >= 42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola a partire dal diametro 42mm (incluso). <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	22
		2.2	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro <42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola inferiori al diametro 42mm. . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente</i>	Q	10	
		2.3	Sistema o meccanismo di assemblaggio testa-cupola	Il punteggio verrà attribuito in presenza di un sistema/meccanismo che permetta il disassemblaggio della testa - cupola. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	4
4	Strumentario	4.1	Strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	8
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 4: Endoprotesi d'anca non cementata, stelo con collo modulare								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14	
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
		1.3	Rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
		1.4	Colli modulari	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'ampiezza della gamma offerta: <i>colli varo/valgo e anti/retroverso combinati: 2 pt</i> <i>colli varo/valgo o anti/retroverso separati: 1 pt</i> <i>colli solo varo/valgo: 0 pt</i>	T	2		
2	Cupola Biarticolare	2.1	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro >= 42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola a partire dal diametro 42mm (incluso). <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	20	
		2.2	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro <42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola inferiori al diametro 42mm. . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente</i>	Q	8		
		2.3	Sistema o meccanismo di assemblaggio testa-cupola	Il punteggio verrà attribuito in presenza di un sistema/meccanismo che permetta il disassemblaggio della testa - cupola. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2		
3	Testa	3.1	Testa: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 3 pt</i>	T	6	6	
4	Strumentario	4.1	Strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	6	
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8	
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4		
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16	
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8		

L5: Artroprotesi d'anca primaria cementata, stelo retto cementato, cotile cementato

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	8
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
2	Cotile in polietilene	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	13
		2.2	Cotile: Caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte del cotile: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 5</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	5	
		2.3	Disegno coppa	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno della coppa offerta (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>disegno a bosso profilo: 1</i> <i>a ritenzione: 1</i>	T	3	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
		4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.2	Leve	Il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	Il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	

L5: Artroprotesi d'anca primaria cementata, stelo retto cementato, cotile cementato								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	9	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1		
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesico	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	4		
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16	
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4		
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4		
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4		
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16	
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8		

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 6: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto presa diafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 7: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico presa metafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 9: Artroprotesi d'anca non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 10: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 11: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	9	
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2		
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2		
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	14	
		2.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4		
		2.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3		
		2.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2		
		2.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
		2.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		

Lotto 6: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto presa diafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 7: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico presa metafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 9: Artroprotesi d'anca non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 10: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 11: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	8	
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4		
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	11	
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1		
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1		
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1		
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1		
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesì	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	3		
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	3		
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4		

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 6: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto presa diafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 7: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico presa metafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 9: Artroprotesi d'anca non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 10: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
Lotto 11: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica, cotile ad ancoraggio unidimensionale								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
5	Letteratura e follow up	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16	
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4		
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4		
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12	
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6		

Lotto 8: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo con collo modulare, cotile ad ancoraggio unidimensionale									
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE		
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	9		
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2			
		1.3	Colli modulari	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'ampiezza della gamma offerta: <i>colli varo/valgo e anti/retroverso combinati: 3 pt</i> <i>colli varo/valgo o anti/retroverso separati: 2 pt</i> <i>colli solo varo/valgo: 0 pt</i>	T	3			
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	14		
		2.2	Insero in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4			
		2.3	Inseri in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>insero lateralizzante: 1</i> <i>insero con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>insero a ritenzione: 1</i>	T	3			
		2.4	Insero in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2			
		2.5	Insero in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
		2.6	Insero in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8		
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4			
		4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1			
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1			

Lotto 8: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo con collo modulare, cotile ad ancoraggio unidimensionale							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	11
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	3	
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	3	
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 12: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 13: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 15: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 16: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 17: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica cotile ad ancoraggio tridimensionale							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	9
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	16
		2.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		2.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inseriti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserito lateralizzante: 1</i> <i>inserito con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserito a ritenzione: 1</i>	T	3	
		2.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inseriti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		2.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.7	Tipologia metalback	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta per numero di fori > 2: <i>una versione multiforo e cluster: 2 pt</i> <i>versione multiforo o cluster: 1 pt</i>	T	2	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 12: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 13: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 15: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 16: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 17: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica cotile ad ancoraggio tridimensionale							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	9
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	2	
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	2	
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 12: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 13: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 15: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 16: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale							
Lotto 17: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica cotile ad ancoraggio tridimensionale							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Letteratura e follow up	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 14: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo collo modulare, cotile ad ancoraggio tridimensionale									
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE		
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	9		
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2			
		1.3	Colli modulari	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'ampiezza della gamma offerta: <i>colli varo/valgo e anti/retroverso combinati: 3 pt</i> <i>colli varo/valgo o anti/retroverso separati: 2 pt</i> <i>colli solo varo/valgo: 0 pt</i>	T	3			
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	16		
		2.2	Insero in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE:1 pt</i>	T	4			
		2.3	Inseri in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inseri (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>insero lateralizzante: 1</i> <i>insero con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>insero a ritenzione: 1</i>	T	3			
		2.4	Insero in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inseri di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2			
		2.5	Insero in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
		2.6	Insero in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1			
		2.7	Tipologia metalback	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta per numero di fori > 2: <i>una versione multiforo e cluster: 2 pt</i> <i>versione multiforo o cluster: 1 pt</i>	T	2			
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8		
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4			

Lotto 14: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo collo modulare, cotile ad ancoraggio tridimensionale									
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE		
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	9		
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1			
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1			
		4.4	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1			
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1			
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	2			
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	2			
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16		
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4			
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4			
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4			
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12		
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutate i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6			

Lotto 18: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo monoblocco conico								
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE	
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	9	
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2		
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2		
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	14	
		2.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE: 1pt</i>	T	4		
		2.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3		
		2.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2		
		2.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
		2.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1		
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8	
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4		
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	11	
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1		
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1		
		4.4	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1		

Lotto 18: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo monoblocco conico							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	3	
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	3	
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 19: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo modulare conico

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	6
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Corpo prossimale metafisario	2.1	Corpo prossimale metafisario: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	5
		2.2	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
3	Cotile	3.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	14
		3.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE: 1pt</i>	T	4	
		3.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		3.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		3.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		3.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
4	Testa	4.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		4.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
		5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	

Lotto 19: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo modulare conico

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Strumentario e Tecnica operatoria	5.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	9
		5.4	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	2	
		5.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	2	
6	Letteratura e follow up	6.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		6.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
		6.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		6.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 20: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		2.2	Insero in polietilene per doppia mobilità: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE: 1pt</i>	T	4	
3	Testa per doppia mobilità	3.1	Testa in lega metallica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL : 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	6
		3.2	Testa in ceramica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	

Lotto 20: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Letteratura e follow up	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 21: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile a doppia mobilità cementato							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	10
		2.2	Inserito in polietilene per doppia mobilità: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE: 1pt</i>	T	4	
3	Testa per doppia mobilità	3.1	Testa in lega metallica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL: 2 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL : 2 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 21: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile a doppia mobilità cementato							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 22: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, stelo cementato

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	10
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	15
		2.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		2.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni di inserti offerte (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		2.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		2.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	9
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	

Lotto 22: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, stelo cementato

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	3	
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 23: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile cementato							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	11
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	3	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	13
		2.2	Cotile: Caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte del cotile: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		2.3	Disegno coppa	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno della coppa offerta (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>disegno a bosso profilo: 1</i> <i>a ritenzione: 1</i>	T	3	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	10
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	4	
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	

Lotto 23: Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile cementato							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Letteratura e follow up	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 24: Stelo femorale da revisione non cementato monoblocco							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	12	22
		1.2	Sabbiatura superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di stelo con finitura di superficie sabbiata su tutta la superficie che andrà a contatto con l'osso. <i>Si: 2 pt No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Stabilità rotatoria	Il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di almeno 8 alette longitudinali antirotatorie per tutta la lunghezza dello stelo. <i>Si: 3 pt No: 0 pt</i>	T	3	
		1.4	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		1.5	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 3 pt No: 0 pt</i>	T	3	
2	Testa	2.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		2.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
3	Strumentario	3.1	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	12	12
4	Letteratura e follow up	4.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		4.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
5	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	5.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10	20
		5.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	10	

Lotto 25: Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		1.2	Sabbiatura superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di stelo con finitura di superficie sabbiata su tutta la superficie che andrà a contatto con l'osso. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Stabilità rotatoria	Il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di almeno 8 alette longitudinali antirotatorie per tutta la lunghezza dello stelo. <i>Si: 3 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	3	
		1.4	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 3 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	3	
2	Corpo prossimale metafisario	2.1	Corpo prossimale metafisario: gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	10
		2.2	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		2.3	Opzione	Possibilità di ancoraggio di pastiche ossee e/o di gruppi muscolari: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
4	Strumentario	4.1	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	10
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10	20
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	10	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 26: Stelo femorale da revisione cementato							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		1.2	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'ampiezza della gamma offerta (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): > 1 angolo cervico diafisario: 1pt opzione lateralizzante: 1 pt	T	2	
		1.3	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: Si: 2 pt No: 0 pt	T	2	
		1.4	Modularità dello stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componenti modulari metafisari. Si: 4 pt No: 0 pt	T	4	
2	Corpo prossimale metafisario	2.1	Corpo prossimale metafisario: gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	10
		2.2	Opzione	Possibilità di ancoraggio di pastiche ossee e/o di gruppi muscolari Si: 4 pt No: 0 pt	T	4	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	
4	Strumentario	4.1	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	10
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10	20
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	10	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 27: Adattatori per il collo							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Adattatori per il collo	1.1	Numero di taglie	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte per le diverse tipologie di adattatori. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	16	38
		1.2	Possibilità di accoppiamento con testa in ceramica e in metallo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di adattatore che consenta la possibilità di accoppiamento con testa sia in ceramica che in metallo. <i>Si: 8 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	8	
		1.3	Ampiezza di gamma	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'ampiezza della gamma offerta, ottenuta dalla somma di tutti gli offset e gli angoli di varo valgo offerti	Q	14	
2	Strumentario	2.1	Strumentario per la geometria del cono	Il Punteggio sarà attribuito in caso di offerta di strumentario che consenta la verifica intraoperatoria della geometria del cono: <i>Si: 4 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	4	4
3	Letteratura e follow up	3.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il dispositivo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		3.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del dispositivo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
4	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	4.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10	20
		4.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	10	

Lotto 28: Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Cotile	1.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	23
		1.2	Inserito in polietilene per doppia mobilità: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.3	Inserito standard in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.4	Inserito standard in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		1.5	Inserito standard in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		1.6	Inserito standard in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.7	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Testa per doppia mobilità	2.1	Testa in lega metallica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL : 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	6
		2.2	Testa in ceramica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	
3	Strumentario	3.1	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 2pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	17
		3.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
		3.3	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	5	
4	Letteratura e follow up	4.1	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		4.2	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 28: Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	5.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		5.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 29: Cotile da revisione con alette di rinforzo iliaca e ischiatica

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Cotile	1.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	14	33
		1.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito in polietilene (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>insetto lateralizzante: 1</i> <i>insetto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>insetto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		1.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		1.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.7	Numero di fori dell'aletta iliaca	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di fori dell'aletta iliaca <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di fori dell'aletta iliaca, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	
2	Strumentario	2.1	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 4pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	4	13
		2.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
		2.3	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	3	
3	Letteratura e follow up	3.1	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		3.2	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
4	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	4.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		4.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 30: Sistema acetabolare da revisione a elevata modularità							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Cotile	1.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	13	18
		1.2	Insero in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene <i>Xlink: 3</i>	T	3	
		1.3	Inseri in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni di inserti offerte (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>insero con due angolazioni di spalletta antilussante: 1 insero a ritenzione: 1</i>	T	2	
2	Accessori modulari	2.1	Accessori modulati: gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte di ogni accessorio modulare. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	16	16
3	Strumentario	3.1	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	12
		3.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
4	Letteratura e follow up	4.1	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		4.2	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
5	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	5.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		5.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 31: Anelli acetabolari di rinforzo							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Anello a presa iliaca	1.1	Anello a presa iliaca: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'anello a presa iliaca. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	12	14
		1.2	Numero di fori dell'aletta iliaca	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di fori dell'aletta iliaca <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di fori dell'aletta iliaca, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	2	
2	Anello a presa iliaca e ischiatica	2.1	Anello a presa iliaca e ischiatica: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'anello a presa iliaca. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	12	13
		2.2	Lama da infiggere nella tuberosita' ischiatica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di lama da infiggere nella tuberosita' ischiatica Si: 1 pt No: 0 pt	T	1	
3	Strumentario	3.1	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	5	15
		3.2	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	10	
4	Letteratura e follow up	4.1	Anello a presa iliaca: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti l'anello a presa iliaca offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	16
		4.2	Anello a presa iliaca: follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dell'anello a presa iliaca offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
		4.3	Anello a presa iliaca e ischiatica: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti l'anello a presa iliaca e ischiatica offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		4.4	Anello a presa iliaca e ischiatica: follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dell'anello a presa iliaca e ischiatica offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
5	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	5.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		5.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 32: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		1.2	Componente femorale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni di componente femorale offerta (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 pt</i>	T	4	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		2.2	Componente tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di componente tibiale(Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 pt</i>	T	4	
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		3.2	Inserito : Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	10
		4.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 33: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		2.2	Componente tibiale anatomico	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente tibiale in versione anatomica <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Inserito	3.1	Inserito tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		3.2	Inserito tibiale con bordo anteriore rialzato	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta dell'inserito con bordo anteriore rialzato: <i>Si: 4 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	14
		4.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 34: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	14
		1.2	Componente femorale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente femorale ad alta porosità: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Componente femorale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di componente femorale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 p</i>	T	4	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	14
		2.2	Componente tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di componente tibiale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 pt</i>	T	4	
		2.3	Componente tibiale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente tibiale ad alta porosità: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	10
		3.2	Inserito : Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>versione laterale: 2 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 34: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 35: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	10
		1.2	Componente femorale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente femorale ad alta porosità: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		2.2	Componente tibiale anatomico	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente tibiale in versione anatomica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		2.3	Componente tibiale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente tibiale ad alta porosità: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		3.2	Inserito con bordo anteriorie rialzato	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta dell'inserito con bordo anteriore rialzato: <i>Si: 4 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 36: Protesi di ginocchio monocompartimentale cementata per pazienti allergici							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserto	3.1	Inserto tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	16
		4.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 37: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Componente femorale anatomica	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente femorale in versione anatomica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		2.2	Componente tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di componente tibiale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>possibilità di fittone: 2 pt</i>	T	4	
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	8
		3.2	Inserito: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>Ultra Congruent: 1 pt</i> <i>Medial Congruent: 1 pt</i> <i>Constrained post stab (CPS): 1 pt</i>	T	3	
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	6
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 37: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 38: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserto	3.1	Inserto : Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 39: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso non cementata

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	11
		1.2	Componente femorale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente femorale ad alta porosità: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Componente femorale anatomica	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente femorale in versione anatomica <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	13
		2.2	Componente femorale: rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente tibiale ad alta porosità: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.3	Componente tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte della componente tibiale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>possibilità di fittone: 2 pt</i>	T	4	
3	Inserito	3.1	Inserito tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito tibiale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	8
		3.2	Inserito tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito tibiale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>Ultra Congruent: 1 pt</i> <i>Medial Congruent: 1 pt</i>	T	2	
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	6
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 39: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 40: Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserto	3.1	Inserto: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>SI: 2 pt No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>SI: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>SI: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 41: Protesi totali di ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserito	3.1	Inserito tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito tibiale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 42: Protesi totali di ginocchio da revisione semivincolata CCK

Lotto 43: Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK

Lotto 44: Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged)

Lotto 45: Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	14
		1.2	Componente femorale anatomica	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente femorale in versione anatomica <i>Si: 6 pt No: 0 pt</i>	T	6	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario	5.1	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 46: Endoprotesi di spalla							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale cementato <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	14
		1.2	Stelo omerale non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale non cementato <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	
		1.3	Stelo omerale: cementato e non cementato	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta dello stelo omerale sia in versione cementata che non cementata: <i>Si: 4 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	4	
2	Corpo omerale prossimale	2.1	Corpo omerale prossimale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del corpo omerale prossimale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Testa	3.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		3.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente .</i>	Q	6	
		3.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	
		4.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 47: Artroprotesi di spalla anatomica mininvasiva cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente omerale	1.1	Componente omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente omerale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Testa	2.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		2.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	
		2.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Componente glenoidea	3.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	
		4.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 48: Artroprotesi di spalla anatomica mininvasiva non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente omerale	1.1	Componente omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente omerale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
2	Testa	2.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	10
		2.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
		2.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Componente glenoidea	3.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
4	Insero glenoideo	4.1	Insero glenoideo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'insero glenoideo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	
		5.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 49: Artroprotesi di spalla anatomica cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
3	Testa	3.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		3.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	
		3.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
4	Componente glenoidea	4.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	10
		5.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 50: Artroprotesi di spalla anatomica non cementata							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
3	Testa	3.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	10
		3.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
		3.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
4	Componente glenoidea	4.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Insero glenoideo	5.1	Insero glenoideo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'insero glenoideo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
6	Strumentario e tecnica operatoria	6.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	8
		6.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		6.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
7	Letteratura e follow up	7.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		7.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
8	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	8.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		8.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 51: Artroprotesi di spalla inversa							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	8
		1.2	Stelo omerale non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale non cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	5
3	Insero omerale inverso	3.1	Insero omerale inverso: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'insero omerale inverso <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	10
		3.2	Insero omerale inverso: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti dell'insero omerale inverso: <i>3 materiali (polietilene-ceramica-metallo): 5 pt 2 materiali: 3 pt</i>	T	5	
4	Componente glenoidea	4.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	7
		4.2	Componente glenoidea: Superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente glenoidea con superficie porosa: <i>Si: 2 pt No: 0pt</i>	T	2	
5	Glenosfera	5.1	Glenosfera: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della glenosfera. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	10
		5.2	Glenosfera: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti della glenosfera: <i>2 materiali (polietilene-metallo): 3 pt 1 materiali: 0 pt</i>	T	3	
		5.3	Glenosfera eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di glenosfera eccentrica: <i>Si: 2 pt No: 0pt</i>	T	2	
6	Strumentario e tecnica operatoria	6.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	10
		6.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		6.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
7	Letteratura e follow up	7.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		7.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 51: Artroprotesi di spalla inversa							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
8	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	8.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		8.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 52: Artroprotesi di spalla da revisione anatomica							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale da revisione	1.1	Stelo omerale da revisione cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale da revisione cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	8
		1.2	Stelo omerale da revisione non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale da revisione non cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	5
3	Testa omerale	3.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	10
		3.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
		3.2	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt No: 0 pt</i>	Q	2	
4	Componente glenoidea da revisione	4.1	Componente glenoidea da revisione: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	9
		4.2	Componente glenoidea da revisione: fittoni	Il punteggio verrà attribuito in caso di presenza di fittoni di diverse lunghezze: <i>Si: 2pt No: 0pt</i>	T	2	
		4.3	Componente glenoidea da revisione: Superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente glenoidea da revisione con superficie porosa: <i>Si: 2 pt No: 0pt</i>	T	2	
5	Insero glenoideo	5.1	Insero glenoideo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'insero glenoideo <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	5
6	Strumentario e tecnica operatoria	6.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 2 pt No: 0 Pt</i>	T	2	13
		6.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		6.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
7	Letteratura e follow up	7.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		7.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 52: Artroprotesi di spalla da revisione anatomica

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
8	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	8.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		8.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 53: Artroprotesi di spalla da revisione inversa							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale da revisione	1.1	Stelo omerale da revisione cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale da revisione cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	8
		1.2	Stelo omerale da revisione non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale da revisione non cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	5
3	Inserito omerale inverso	3.1	Inserito omerale inverso: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'inserito omerale inverso <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	10
		3.2	Inserito omerale inverso: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti dell'inserito omerale inverso: <i>3 materiali (polietilene-ceramica-metallo): 5 pt</i> <i>2 materiali: 3 pt</i>	T	5	
4	Componente glenoidea da revisione	4.1	Componente glenoidea da revisione: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	8
		4.2	Componente glenoidea da revisione: fittoni	Il punteggio verrà attribuito in caso di presenza di fittoni di diverse lunghezze: <i>Si: 2pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	2	
		4.3	Componente glenoidea da revisione: Superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente glenoidea da revisione con superficie porosa: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	2	
5	Glenosfera	5.1	Glenosfera: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della glenosfera. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	9
		5.2	Glenosfera: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti della glenosfera: <i>2 materiali (polietilene-metallo): 3 pt</i> <i>1 materiali: 0 pt</i>	T	3	
		5.3	Glenosfera eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di glenosfera eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	2	
6	Strumentario e tecnica operatoria	6.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	10
		6.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		6.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
7	Letteratura e follow up	7.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		7.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 53: Artroprotesi di spalla da revisione inversa							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
8	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	8.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		8.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 54 Cemento acrilico senza antibiotico con sistema chiuso di miscelazione e applicazione				
Lotto 55 Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con sistema chiuso di miscelazione e applicazione				
Lotto 56 Cemento acrilico addizionato con 2 antibiotici con sistema chiuso di miscelazione e applicazione				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Viscosità	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta di cementi con diverse viscosità (bassa, media e alta viscosità): <i>3 tipologie di viscosità: 15 pt</i> <i>2 tipologie di viscosità: 10 pt</i> <i>1 tipologia di viscosità: 0 pt</i>	T	15
2	Tempo di miscelazione	Il punteggio verrà attribuito all'offerta di cemento con il minor tempo di miscelazione <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il minor tempo di miscelazione, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
3	Resistenza alla compressione	Il punteggio sarà attribuito sulla base alla massima resistenza alla compressione. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con la resistenza massima, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
4	Caratteristiche del sistema a vuoto	Il punteggio verrà attribuito sulla base delle caratteristiche del sistema sottovuoto offerto che ottimizzi la sicurezza degli operatori e le qualità meccaniche del cemento ottenuto.	D	10
5	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
6	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	5
7	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	5

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 57: Cemento acrilico senza antibiotico in sistema chiuso e precaricato				
Lotto 58: Cemento acrilico con antibiotico singolo in sistema chiuso e precaricato				
Lotto 59: Cemento acrilico con antibiotico doppio in sistema chiuso e precaricato				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Viscosità	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta di cementi con diverse viscosità (bassa, media e alta viscosità): <i>3 tipologie di viscosità: 15 pt</i> <i>2 tipologie di viscosità: 10 pt</i> <i>1 tipologia di viscosità: 0 pt</i>	T	15
2	Tempo di miscelazione	Il punteggio verrà attribuito all'offerta di cemento con il minor tempo di miscelazione <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il minor tempo di miscelazione, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
3	Resistenza alla compressione	Il punteggio sarà attribuito sulla base alla massima resistenza alla compressione. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con la resistenza massima, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
4	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
5	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10
6	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	5

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 60: Tappo femorale per cemento				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Ampiezza di gamma	Il punteggio sarà attribuito sulla base al maggior numero di misure disponibili <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	20
2	Strumentario portacalibro e posizionamento tappo	Il punteggio verrà attribuito valutando valutando la facilità d'uso dello strumentario portacalibro e per il posizionamento del tappo offerto	D	15
3	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	15
4	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	10
5	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari.	D	10

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 61: Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato

Lotto 62: Spaziatori cementati temporanei modellabili in estemporanea

#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base al maggior numero di misure disponibili. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
2	Ampiezza di gamma	Il punteggio sarà attribuito in base all'ampiezza di gamma offerta di spaziatori: <i>per anca, ginocchio e spalla: 20 pt</i> <i>anca e ginocchio o anca e spalla o ginocchio e spalla: 10 pt</i> <i>solo anca, solo ginocchio, solo spalla: 0 pt</i>	T	20
3	Doppio antibiotico	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di spaziatore addizionato con due antibiotici. <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	5
4	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
5	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	10

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 63: Sistema di lavaggio pulsato				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Asta di pulizia	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di asta di pulizia per eliminare potenziali occlusioni nella punta femorale <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
2	Manipolo ergonomico	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di manipolo ergonomico. <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
3	Punta corta	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di punta corta con getto a ventaglio e schermo paraspruzzi. <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
4	Punta lunga	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di punta lunga per canale femorale <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
5	Sistema di aspirazione e irrigazione integrata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di sistema di aspirazione ed irrigazione integrata <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
6	Regolazione della velocità di erogazione	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di dispositivo con possibilità di regolare la velocità di erogazione <i>Si: 10 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	10
7	Lunghezza tubo di aspirazione	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta del tubo di aspirazione di lunghezza maggiore o uguale a 3 metri. <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	5
8	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
9	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	10
10	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari.	D	10

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 64: Sistema coagulatore bipolare a radio frequenza con soluzione salina				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Potenza minima	Il punteggio sarà attribuito sulla base della potenza minima raggiungibile dal dispositivo offerto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta del dispositivo con la minore capacità di potenza, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
2	Potenza massima	Il punteggio sarà attribuito sulla base della potenza massima raggiungibile dal dispositivo offerto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta del dispositivo con la maggiore capacità di potenza, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
3	Pulsante di attivazione Rf	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di pulsante di attivazione Rf: <i>tramite pedale: 3 pt</i> <i>pulsante sul manipolo: 6 pt</i> <i>entrambi: 8 pt</i>	T	8
4	Sistema di aspirazione integrato	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di sistema di aspirazione integrato. <i>Si: 8 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	8
5	Manipolo dedicato per la chirurgia ortopedica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di manipolo dedicato per chirurgia ortopedica <i>Si: 10 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	10
6	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	8
7	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	8
8	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari.	D	8

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 65: Endoprotesi d'anca cementata - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Cupola biarticolare	2.1	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro >= 42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola a partire dal diametro 42mm (incluso). <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	22
		2.2	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro <42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola inferiori al diametro 42mm. . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente</i>	Q	10	
		2.3	Sistema o meccanismo di assemblaggio testa-cupola	Il punteggio verrà attribuito in presenza di un sistema/meccanismo che permetta il disassemblaggio della testa - cupola. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	4
4	Strumentario	4.1	Strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	8
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 66: Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria - Regione Molise							
Lotto 67: Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Rivestimento	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cupola Biarticolare	2.1	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro >= 42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola a partire dal diametro 42mm (incluso). <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	22
		2.2	Cupola biarticolare: Gamma di misure Diametro <42mm	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti della cupola inferiori al diametro 42mm. . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente</i>	Q	10	
		2.3	Sistema o meccanismo di assemblaggio testa-cupola	Il punteggio verrà attribuito in presenza di un sistema/meccanismo che permetta il disassemblaggio della testa - cupola. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	4
4	Strumentario	4.1	Strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	8
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio
Lotto 68: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise
Lotto 69: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise
Lotto 70: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	9
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	3	16
		2.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		2.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		2.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		2.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		2.7	Tipologia metalback	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta per numero di fori > 2: <i>una versione multiforo e cluster: 2 pt</i> <i>versione multiforo o cluster: 1 pt</i>	T	2	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 68: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise							
Lotto 69: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise							
Lotto 70: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt eventuali misure aggiuntive: 1 pt	T	4	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	9
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo SI: 1 pt No: 0 Pt	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.4	Tecnica opertoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	2	
		4.7	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	2	
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio
Lotto 68: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise
Lotto 69: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise
Lotto 70: Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Letteratura	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 71: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo, ottenuta dalla somma di tutte le taglie offerte. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		1.2	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.3	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		1.4	Rivestimento stelo	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di steli con superficie rivestita. <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Cotile	2.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		2.2	Insero in polietilene per doppia mobilità: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4 pt</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3 pt</i> <i>Xlink: 2 pt</i> <i>UHMWPE: 1pt</i>	T	4	
3	Testa per doppia mobilità	3.1	Testa in lega metallica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL : 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	6
		3.2	Testa in ceramica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	
4	Strumentario e Tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Leve	il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di leve dedicate per accesso mininvasivo <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.5	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.6	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
		5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	

Lotto 71: Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Letteratura e follow up	5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	16
		5.3	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	
		5.4	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 72: Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo	1.1	Stelo: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte, ottenuta dalla somma di tutti le taglie offerte dello stelo. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		1.2	Sabbiatura superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di stelo con finitura di superficie sabbiata su tutta la superficie che andrà a contatto con l'osso. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.3	Stabilità rotatoria	Il punteggio sarà attribuito nel caso di presenza di almeno 8 alette longitudinali antirotatorie per tutta la lunghezza dello stelo. <i>Si: 3 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	3	
		1.4	Cono Morse	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di stelo con Cono Morse 12/14: <i>Si: 3 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	3	
2	Corpo prossimale metafisario	2.1	Corpo prossimale metafisario: gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>		6	10
		2.2	Disegno del collo	Il punteggio sarà attribuito sulla base del disegno del collo offerto (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>> 1 angolo cervico diafisario: 1pt</i> <i>opzione lateralizzante: 1 pt</i>	T	2	
		2.3	Opzione	Possibilità di ancoraggio di pasticche ossee e/o di gruppi muscolari: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
3	Testa	3.1	Testa in lega metallica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	8
		3.2	Testa in ceramica: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 32: 1 pt</i> <i>S, M, L, XL sui diametri da 36: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 1 pt</i>	T	4	
4	Strumentario	4.1	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	10
5	Letteratura e follow up	5.1	Stelo: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti lo stelo offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Stelo: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza dello stelo offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	10	20
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	10	

Lotto 73: Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Cotile	1.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	23
		1.2	Insero in polietilene per doppia mobilità: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.3	Insero standard in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'insero in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.4	Insero standard in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di inserti (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>inserto lateralizzante: 1</i> <i>inserto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>inserto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		1.5	Insero standard in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		1.6	Insero standard in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
		1.7	Insero in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	1	
2	Testa per doppia mobilità	2.1	Testa in lega metallica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL : 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	6
		2.2	Testa in ceramica per doppia mobilità: Gamma di misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte: (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>S, M, L, XL: 1 pt</i> <i>eventuali misure aggiuntive: 2 pt</i>	T	3	
3	Strumentario	3.1	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 2pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	17
		3.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
		3.3	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	5	
4	Letteratura e follow up	4.1	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		4.2	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 73: Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
5	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	5.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		5.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 74: Cotile da revisione con alette di rinforzo iliaca e ischiatica - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Cotile	1.1	Cotile: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	14	33
		1.2	Inserito in polietilene: caratteristiche	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche offerte dell'inserito in polietilene: <i>Xlink addizionato con Vitamina E: 4</i> <i>UHMWPE addizionato con Vitamina E: 3</i> <i>Xlink: 2</i> <i>UHMWPE:1</i>	T	4	
		1.3	Inseriti in polietilene: opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito in polietilene (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>insetto lateralizzante: 1</i> <i>insetto con due angolazioni di spalletta antilussante: 1</i> <i>insetto a ritenzione: 1</i>	T	3	
		1.4	Inserito in ceramica: diametro interno 28mm	Il punteggio sarà attribuito valutando la presenza di inserti di diametro interno di 28mm per i seguenti diametri del cotile: <i>per il cotile a partire da diametro 44mm: 2 pt</i> <i>per il cotile a partire da diametro 46mm: 1 pt</i>	T	2	
		1.5	Inserito in ceramica: diametro 32mm per cotile di diametro 48mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 32mm per il cotile di diametro 48mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.6	Inserito in ceramica: diametro 36mm per cotile di diametro 52mm	Il punteggio sarà attribuito in caso di presenza di inserto di diametro interno di 36mm per il cotile di diametro 52mm: <i>Si: 1 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
		1.7	Numero di fori dell'aletta iliaca	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di fori dell'aletta iliaca <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di fori dell'aletta iliaca, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	
2	Strumentario	2.1	Frese per cotile	il punteggio verrà attribuito in caso di presenza frese di misure pari e dispari. <i>Si: 4pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	4	13
		2.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	6	
		2.3	Strumentario per impianto viti	Il Punteggio verrà attribuito valutando la facilità d'uso del misuratore intesa come migliore precisione di lettura della misura e l'ergonomia del cacciavite cardanico intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa e minor scivolamento, presenza di punte da trapano adeguate con riferimento a lunghezza e maneggevolezza delle stesse	D	3	
3	Letteratura e follow up	3.1	Cotile: letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti il cotile offerto censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		3.2	Cotile: Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza del cotile offerto: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
4	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	4.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	8	16
		4.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	8	

Lotto 75: Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		2.2	Componente tibiale anatomico	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente tibiale in versione anatomica <i>Si: 2 pt No: 0 pt</i>	T	2	
3	Insero	3.1	Insero tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'insero. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	14
		3.2	Insero tibiale con bordo anteriore rialzato	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta dell'insero con bordo anteriore rialzato: <i>Si: 4 pt No: 0 pt</i>	T	4	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt No: 0 Pt</i>	T	2	14
		4.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1 pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1 pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		4.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 76: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	12
		1.2	Componente femorale anatomica	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente femorale in versione anatomica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	12
		2.2	Componente tibiale: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte di componente tibiale (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>versione anatomica: 2 pt</i> <i>possibilità di fittone: 2 pt</i>	T	4	
3	Inserito	3.1	Inserito: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	8
		3.2	Inserito: Opzioni	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle opzioni offerte dell'inserito (Nb. I punteggi sono cumulabili tra di loro): <i>Ultra Congruent: 1 pt</i> <i>Medial Congruent: 1 pt</i> <i>Constrained post stab (CPS): 1 pt</i>	T	3	
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	6
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 76: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 77: Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserto	3.1	Inserto : Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 78: Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata - Regione Molise

#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserto	3.1	Inserto: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto . <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo <i>SI: 2 pt No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>SI: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>SI: 1pt No: 0 Pt</i>	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 79: Protesi totali di ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Inserito	3.1	Inserito tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserito tibiale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario e tecnica operatoria	5.1	Strumentario per approccio mini-invasivo	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta dello strumentario per approccio mini-invasivo SI: 2 pt No: 0 Pt	T	2	12
		5.2	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.3	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. SI: 1pt No: 0 Pt	T	1	
		5.4	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 80: Protesi totali di ginocchio da revisione semivincolata CCK - Regione Molise							
Lotto 81: Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK - Regione Molise							
Lotto 82: Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged) - Regione Molise							
Lotto 83: Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Componente femorale	1.1	Componente femorale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente femorale. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	14
		1.2	Componente femorale anatomica	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta della componente femorale in versione anatomica <i>Si: 6 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	6	
2	Componente tibiale	2.1	Componente tibiale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente tibiale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
3	Inserto	3.1	Inserto: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti dell'inserto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
4	Rotula	4.1	Rotula: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della rotula. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	8	8
5	Strumentario	5.1	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		5.2	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	10	
6	Letteratura e follow up	6.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		6.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
7	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	7.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		7.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 84: Endoprotesi di spalla - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale cementato <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	14
		1.2	Stelo omerale non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale non cementato <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	
		1.3	Stelo omerale: cementato e non cementato	Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'offerta dello stelo omerale sia in versione cementata che non cementata: <i>Si: 4 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	4	
2	Corpo omerale prossimale	2.1	Corpo omerale prossimale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte del corpo omerale prossimale <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10	10
3	Testa	3.1	Testa: Gamma misure ALTEZZE	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di ALTEZZE della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	6	14
		3.2	Testa: Gamma misure DIAMETRI	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte in termini di DIAMETRI della Testa: <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente .</i>	Q	6	
		3.3	Testa eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di possibilità di rendere la testa eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	2	
4	Strumentario e tecnica operatoria	4.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	12
		4.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	2	
		4.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
5	Letteratura e follow up	5.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		5.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	
6	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	6.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		6.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Lotto 85: Artroprotesi di spalla inversa - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
1	Stelo omerale	1.1	Stelo omerale cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	8
		1.2	Stelo omerale non cementato: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dello stelo omerale non cementato. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	4	
2	Componente metafisaria omerale prossimale	2.1	Componente metafisaria omerale: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente metafisaria. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	5
3	Insero omerale inverso	3.1	Insero omerale inverso: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte dell'insero omerale inverso <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	10
		3.2	Insero omerale inverso: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti dell'insero omerale inverso: <i>3 materiali (polietilene-ceramica-metallo): 5 pt</i> <i>2 materiali: 3 pt</i>	T	5	
4	Componente glenoidea	4.1	Componente glenoidea: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della componente glenoidea. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	7
		4.2	Componente glenoidea: Superficie	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di componente glenoidea con superficie porosa: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	2	
5	Glenosfera	5.1	Glenosfera: Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito in base del numero complessivo di misure offerte della glenosfera. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	5	10
		5.2	Glenosfera: materiali	Il punteggio sarà attribuito in base alla varietà dei materiali offerti della glenosfera: <i>2 materiali (polietilene-metallo): 3 pt</i> <i>1 materiali: 0 pt</i>	T	3	
		5.3	Glenosfera eccentrica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di glenosfera eccentrica: <i>Si: 2 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	2	
6	Strumentario e tecnica operatoria	6.1	Tecnica operatoria computerizzata	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	10
		6.2	Software per pianificazione preoperatoria	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di software per pianificazione preoperatoria. <i>Si: 1pt</i> <i>No: 0 Pt</i>	T	1	
		6.3	Ergonomia, facilità d'uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi	Il Punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia globale dello strumentario intesa come miglior maneggevolezza nell'impugnatura, maggiore stabilità della presa, minor scivolamento e strumentario customizzato.	D	8	
7	Letteratura e follow up	7.1	Letteratura scientifica	Il punteggio verrà attribuito in base agli studi presentati (massimo 5) riguardanti la protesi offerta censiti su Pubmed (o Database analoghi).	D	4	8
		7.2	Follow up	Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza di almeno una pubblicazione indicizzata o un dato di registro nazionale/internazionale che dimostri il tasso di sopravvivenza della protesi offerta: <i>con follow up > 5 anni: 4 pt</i> <i>con follow up da 3 a 5 anni: 2 pt</i>	T	4	

Lotto 85: Artroprotesi di spalla inversa - Regione Molise							
#	Parametro	#	Sub. Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	TOTALE
8	Assistenza tecnica post-vendita e formazione	8.1	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	6	12
		8.2	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	6	

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 86 Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con sistema chiuso di miscelazione e applicazione - Regione Molise				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Viscosità	Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta di cementi con diverse viscosità (bassa, media e alta viscosità): <i>3 tipologie di viscosità: 15 pt</i> <i>2 tipologie di viscosità: 10 pt</i> <i>1 tipologia di viscosità: 0 pt</i>	T	15
2	Tempo di miscelazione	Il punteggio verrà attribuito all'offerta di cemento con il minor tempo di miscelazione <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il minor tempo di miscelazione, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
3	Resistenza alla compressione	Il punteggio sarà attribuito sulla base alla massima resistenza alla compressione. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con la resistenza massima, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
4	Caratteristiche del sistema a vuoto	Il punteggio verrà attribuito sulla base delle caratteristiche del sistema sottovuoto offerto che ottimizzi la sicurezza degli operatori e le qualità meccaniche del cemento ottenuto.	D	10
5	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
6	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito, - al personale dedicato all'organizzazione dell'assistenza in sala operatoria.	D	5
7	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto.	D	5

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 87: Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato - Regione Molise				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Gamma misure	Il punteggio sarà attribuito sulla base al maggior numero di misure disponibili. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il maggior numero di misure, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	15
2	Ampiezza di gamma	Il punteggio sarà attribuito in base all'ampiezza di gamma offerta di spaziatori: <i>per anca, ginocchio e spalla: 20 pt</i> <i>anca e ginocchio o anca e spalla o ginocchio e spalla: 10 pt</i> <i>solo anca, solo ginocchio, solo spalla: 0 pt</i>	T	20
3	Doppio antibiotico	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di spaziatore addizionato con due antibiotici. <i>Si: 5 pt</i> <i>No: 0pt</i>	T	5
4	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	10
5	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	10

Allegato A7 - Parametri a Punteggio

Lotto 88: Sistema coagulatore bipolare a radio frequenza con soluzione salina - Regione Molise				
#	Parametro	Modalità di Attribuzione del Punteggio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo
1	Potenza minima	Il punteggio sarà attribuito sulla base della potenza minima raggiungibile dal dispositivo offerto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta del dispositivo con la minore capacità di potenza, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
2	Potenza massima	Il punteggio sarà attribuito sulla base della potenza massima raggiungibile dal dispositivo offerto. <i>Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta del dispositivo con la maggiore capacità di potenza, i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.</i>	Q	10
3	Pulsante di attivazione Rf	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di pulsante di attivazione Rf: <i>tramite pedale: 3 pt</i> <i>pulsante sul manipolo: 6 pt</i> <i>entrambi: 8 pt</i>	T	8
4	Sistema di aspirazione integrato	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di sistema di aspirazione integrato. <i>Si: 8 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	8
5	Manipolo dedicato per la chirurgia ortopedica	Il punteggio sarà attribuito in caso di offerta di manipolo dedicato per chirurgia ortopedica <i>Si: 10 pt</i> <i>No: 0 pt</i>	T	10
6	Confezionamento	Il punteggio verrà attribuito alla tipologia del confezionamento valutando la sicurezza e praticità d'uso e la chiarezza delle istruzioni per l'uso	D	8
7	Assistenza tecnica post-vendita	Il punteggio verrà attribuito alla assistenza tecnica post vendita in relazione: - alla struttura distributiva e/o produttiva, - ai tempi migliorativi di ripristino della scorta "di base" del conto deposito,.	D	8
8	Attività di formazione	Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari.	D	8