

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA
DA DESTINARSI ALLE AA.SS.LL., AA.OO. ED I.R.C.C.S DELLA REGIONE CAMPANIA**

“Allegato A7 –“Parametri a punteggio”

LOTTO -1 FORNITURA OSPEDALIERA DI AUSILI PEDIATRICI PER INCONTINENZA CON SISTEMA DI ASSORBENZA

PARAMETRI		PUNTEGGIO MAX TOTALE
A	Requisiti funzionali – test laboratorio obbligatori	50
B	Caratteristiche dei prodotti	17
D	Certificazioni	3
		TOTALE 70

Per ciascuno dei parametri sopra citati i punteggi saranno attribuiti nel modo che segue:

A) REQUISITI FUNZIONALI:

I relativi punteggi saranno assegnati sulla base dei valori dei certificati di prova rilasciati dal laboratorio accreditato presentato in sede di offerta sugli Ausili di seguito riportati.

A) REQUISITI FUNZIONALI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
1	Capacità di Assorbimento prodotto intero (Metodica ISO 11948-1)	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 lotto 1 del capitolato (ID: 2-3-4-5-6). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	35	T
2	Test Manichino su Prodotto Intero Ausili Assorbenti per Bambini (Prova	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8.	15	T

A) REQUISITI FUNZIONALI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
	laboratorio Innovhub Prova laboratorio Ssccp MI 16)	Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 lotto 1 del capitolato (ID: 2). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.		
Totale complessivo 50				

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I punteggi relativi alla caratteristica dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati) e della campionatura prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara,

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
1	Presenza di polimeri superassorbenti (ID:2)	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 2 di polimeri super assorbenti. Il punteggio sarà così attribuito <ul style="list-style-type: none"> • Assenza Ppi = 0 punti • Presenza in misura inferiore a 5g Ppi =1,00 • Presenza in misura uguale o superiore a 5g Ppi =2,00 <u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u>	2	T
2	Presenza di incavo ombelicale in misura micro (ID:1)	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno di incavo ombelicale, in relazione all'ausilio ID 1 riportato nell'Allegato B1 lotto 1 del	2	T

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<p>capitolato. Il punteggio sarà così attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO → Ppi = 0 punti • SI → Ppi = 2 punti. <p>- <u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>		
3	Presenza di indicatore di umidità (ID: 2)	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno di indicatore di umidità, in relazione all'ausilio ID 2 riportato nell'Allegato B1 lotto 1 del capitolato. Il punteggio sarà così attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO → Ppi = 0 punti • SI → Ppi = 3 punti. <p>- <u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>	3	T
4	Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva (ID: 2-3-4-5-6-)	<p>Il punteggio sarà attribuito verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4-5-6-) di cui all'Allegato B1 del Capitolato, in possesso della caratteristica Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva come di seguito riportato:</p> <p>Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax: dove:</p>	3	Q

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<ul style="list-style-type: none"> - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub-parametro oggetto di valutazione; <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>		
5	Sistema di fissaggio che consenta il riposizionamento anche più volte e anche in presenza di creme lenitive (ID 2).	Tale caratteristica sarà valutata dalla Commissione su campionatura (ID 2) lotto 1 di cui all'Allegato B1 del capitolato. Sarà valutata su campionatura: la capacità del materiale esterno di resistere al distacco e al riposizionamento dell'adesivo anche in presenza di creme lenitive.	2	D
6	Uniformità del materassino, vestibilità e confort del prodotto offerto. (ID 2).	Tale caratteristica sarà valutata dalla Commissione su campionatura (ID 2) lotto 1 di cui all'Allegato B1 del capitolato. Sarà valutata su campionatura la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo dell'utente offrendo vestibilità adeguata, presenza, forma e tensione degli elastici al giro gamba, forma dell'ausilio e silenziosità del rivestimento esterno.	2	D
7	Presenza di filtrante a grandi fori per migliore assorbenza urine/feci liquide (ID 2).	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 2 lotto 1 di cui all'Allegato B 1 del capitolato di filtrante a grandi fori per migliorare l'assorbenza di feci liquide. <u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi</u>	1	T

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<u>e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u>		
8	Fluff di cellulosa chlorine-free (ID 2).	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 2 lotto 1 di cui all'Allegato B1 del capitolato di Fluff di cellulosa chlorine free. Il punteggio sarà così attribuito</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO → Ppi = 0 punti • SI → Ppi = 2 punti. <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>	2	T
Totale complessivo 17				

C) CERTIFICAZIONI:

I punteggi relativi al possesso delle Certificazioni saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

E) CERTIFICAZIONI				
N.	Sub - criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio Max	Tipologia punteggio
1	Possesso della Certificazione ISO 45001	<ul style="list-style-type: none"> • SI → Ppi = 2 punti; • NO → Ppi = 0 punti. <p>Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, la suddetta certificazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.</p>	2	T

2	Possesso della certificazione di sistema di gestione per la parità di genere secondo la PdR/UNI 125	<ul style="list-style-type: none"> • SI → Ppi = 1 punti; • NO → Ppi = 0 punti. <p>Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, la suddetta certificazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.</p>	1	T
Totale complessivo 3				

LOTTE -2 FORNITURA OSPEDALIERA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA DI ASSORBENZA PER PAZIENTI ADULTI

PARAMETRI		PUNTEGGIO MAX TOTALE
A	Requisiti funzionali – test laboratorio obbligatori	50
B	Caratteristiche dei prodotti	16
C	Criteri ambientali	2
D	Certificazioni	2
		TOTALE 70

Per ciascuno dei parametri sopra citati i punteggi saranno attribuiti nel modo che segue:

A) REQUISITI FUNZIONALI:

i relativi punteggi saranno assegnati sulla base dei valori dei certificati di prova rilasciati dal laboratorio accreditato presentato in sede di offerta sugli Ausili di seguito riportati.

A) REQUISITI FUNZIONALI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
1	Velocità di assorbimento liquido (metodica 001 NMC 93) (ID: 1-4- -7-8-10-11).	<p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8.</p> <p>Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 1-4- 7-8-10-11).</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.</p>	2,92	T

A) REQUISITI FUNZIONALI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
2	Cessione del liquido (<i>metodica 002 NMC 93</i>) (ID: 1-4- 7-8-10-11).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8 Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2. (ID: 1-4-7-8-10-11). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	2,92	T
3	Capacità di assorbimento specifico (<i>metodica 003 NMC 93</i>) (ID: 1-4 -7-8-10-11).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 1-4--7-8-10-11). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	2,96	T
4	Test Manichino Adulti su Prodotto Intero (<i>Prova laboratorio INNOVHUB SSI MI 15</i>) (ID: 7-10).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 7-10). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	3,26	T
5	Spessore materassino assorbente (<i>Prova laboratorio INNOVHUB Ssccp MI27</i>)	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8.	1,08	T

A) REQUISITI FUNZIONALI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
	(ID: 7-10).	Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 7-10). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.		
6	Sgambatura materassino assorbente (Prova laboratorio INNOVHUB Ssccp MI25) (ID: 7-10).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 7-10). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	1,08	T
7	Ingombro chassis (prova laboratorio INNOVHUB Ssccp MI26) (ID: 7-10).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 7-10). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	1,08	T
8	Superficie tampone assorbente vs superficie totale (Prova laboratorio Ssccp MI 03) (ID: 17-18).	Il punteggio sarà attribuito sulla base dei valori riportati nelle certificazioni/rapporti di prova presentate in sede di offerta secondo le modalità disciplinate al paragrafo 16 del disciplinare e nell'allegato A8. Gli ausili oggetto di valutazione sono quelli riportati nell'Allegato B1 del capitolato lotto 2 (ID: 17-18). Il punteggio viene attribuito secondo le fasce di cui all'Allegato A8.	34,7	T
			Totale complessivo 50	

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I punteggi relativi alla caratteristica dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati) e della campionatura prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, secondo i seguenti sub criteri indicati nella tabella che segue:

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
1	Traspirabilità del film di contenimento (pannoloni mutandina e sagomati, ID: 2-3-4- 7-8-9-10-11-12)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina e sagomati (ID: 2-3-4- 7-8-9-10-11-12) di cui all'Allegato B1 del Capitolato, in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato:</p> <p>traspirabilità del film di contenimento $\geq 20,00 \text{ g} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ applicato al prodotto finito.</p> <p>Il punteggio massimo verrà attribuito alla offerta che prevede il maggiore numero degli ausili offerti (ID) con la caratteristica di traspirabilità.</p> <p>I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax: dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>	2	Q
2	Traspirabilità delle bande di fissaggio applicate a prodotto finito (pannoloni mutandina, ID:7-8-9-10-11-12)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID:7-8-9-10-11-12) di cui all'Allegato B1 del capitolato in possesso della caratteristica di traspirabilità delle bande di fissaggio \geq</p>	2	Q

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<p>2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito.</p> <p>Il punteggio massimo verrà attribuito alla offerta che prevede il maggiore numero degli ausili offerti (ID) con la caratteristica di traspirabilità delle bande di fissaggio così come indicato. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax: dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>		
3	<p>Presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive. (ID:6-7-8-9-10-11-12)</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni in possesso di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive relativamente agli (ID:6-7-8-9-10-11-12) di cui all'Allegato B1 del capitolato secondo il seguente criterio:</p> <p>Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax: dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. 	3	Q

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<p>- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;</p> <p>Va precisato che l'ID 6 (mutanda pannolone tipo pull on) sarà conteggiato soltanto se il sistema e/o sostanze dermoprotettive/ lenitive siano presenti per tutte e tre le taglie (piccola media e grande)</p> <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>		
4	Presenza del sistema di controllo degli odori (ID:6-7-8-9-10-11-12)	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni che hanno un sistema di controllo degli odori relativamente agli (ID:6-7-8-9-10-11-12) di cui all'Allegato B1del capitolato secondo il seguente criterio:</p> <p>Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax: dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub-parametro oggetto di valutazione; <p>Va precisato che l'ID 6 (mutanda pannolone tipo pull on) sarà conteggiato soltanto se il sistema controllo odori sia presente per tutte e tre le taglie (piccola media e grande) e risulti dalla documentazione prodotta.</p>	3	Q

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI				
N.	Sub- Criteri	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max	Tipologia punteggio
		<u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u>		
5	Qualità del sistema di fissaggio e riposizionamento dell'adesivo, (ID: 10)	<p>Sarà valutata dalla Commissione (su campionatura) (ID 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la capacità del materiale esterno di resistere al distacco e al riposizionamento dell'adesivo; • l'ampiezza della zona su cui riposizionare gli adesivi; • la semplicità di uso degli stessi. 	2	D
6	Indicatore di cambio (ID 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12)	<p>Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione agli ID 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12 dell'indicatore di cambio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la caratteristica deve essere presente il per tutte le ID indicate.</p> <p>- Tutte le ID= 2 - Non tutte le ID = 0.</p> <p>Va precisato che l'ID 6 (mutanda pannolone tipo pull on) sarà conteggiato soltanto se l'indicatore di cambio sia presente per tutte e tre le taglie (piccola media e grande) e risulti dalla documentazione prodotta.</p> <p><u>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.</u></p>	2	T
7	Struttura del prodotto (compattezza e uniformità del materassino) vestibilità e confort (ID10)	<p>Verrà valutata su campionatura (ID 10): la compattezza e l'uniformità del materassino, la forma e tensione degli elastici al giro gamba, la forma dell'ausilio e silenziosità del rivestimento esterno.</p>	2	D
Totale complessivo 16				

Si rappresenta che per la valutazione della “Traspirabilità del film di contenimento” e della “Traspirabilità delle bande di fissaggio” sono applicabili rispettivamente le metodiche “SSCCP MI – 30” e SSCCP ASTM E96– 00. Resta fermo che potranno essere presentate altre certificazioni che utilizzano altre metodiche purché le stesse abbiano a riferimento:

- la misurazione della traspirabilità sul prodotto intero (Traspirabilità del film di contenimento);
- le stesse unità di misura utilizzate dalle metodiche SSCCP MI30 e SSCCP ASTM E96-00;
- le seguenti fonti - ISO 15621/2011 - ISO 3696/1987 - ISO 6353-2 /1983 - ISO 9949 /93 – UNI EN 20187 /1994.

C) CRITERI AMBIENTALI:

I punteggi relativi agli aspetti ambientali saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

D) CRITERI AMBIENTALI				
N.	Sub - criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio Max	Tipologia punteggio
1	Origine di pasta cellulosa	<p>La <i>lex specialis</i> prevede che: “Almeno il 30% dei prodotti offerti deve avere almeno il 70% sul peso della polpa di cellulosa utilizzata proveniente da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile”. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che si impegna ad offrire prodotti con la sopra citata caratteristica in misura maggiore al 30%, secondo la formula di seguito dettagliata:</p> <ul style="list-style-type: none"> se $X_i = 30 \rightarrow P_{pi} = 0,00$; se $30 < X_i < 50 \rightarrow P_{pi} = 1$; se $X_i \geq 50 \rightarrow P_{pi} = 2$ <p>Si precisa che per il predetto sub- criterio, si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> X_i: la percentuale dichiarata dal concorrente iesimo, X_{max}: la percentuale più alta, tra quelle offerte da tutti i concorrenti, in riferimento al sub- parametro oggetto di valutazione; P_{pi}: punteggio attribuito al concorrente iesimo. <p>Si rammenta che, il possesso del suddetto requisito oggetto di valutazione, dovrà essere comprovato dal concorrente con la pertinente documentazione di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.</p>	2	T
			Totale complessivo 2	

D) CERTIFICAZIONI:

I punteggi relativi al possesso delle Certificazioni saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

E) CERTIFICAZIONI				
N.	Sub - criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio Max	Tipologia punteggio
1	Possesso della Certificazione ISO 45001	<ul style="list-style-type: none"> SI → Ppi = 1 punti; NO → Ppi = 0 punti. <p>Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, la suddetta certificazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.</p>	1	T
2	Possesso della certificazione di sistema di gestione per la parità di genere secondo la PdR/UNI 125	<ul style="list-style-type: none"> SI → Ppi = 1 punti; NO → Ppi = 0 punti. <p>Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, la suddetta certificazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.</p>	1	T
Totale complessivo 2				