



REGIONE CAMPANIA ASL CASERTA

Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta

SERVIZIO PROVVEDITORATO

PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it

OGGETTO: Procedura aperta unica triennale per la branca specialistica dell'Anatomia Patologica per tutte le esigenze dell'ASL Caserta.

ANAC NUMERO GARA 9040404 - LOTTO VARI – CIG VARI

Importo posto a base d'asta € 1.885.078,00.

CHIARIMENTI 3

AVVISO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE ALLA PARTECIPAZIONE

Quesiti 1:

"..considerato il quesito proposto PI055477-23, la risposta PI058313-23 non chiarisce qual'è lo "strumento in dotazione". L'attribuzione dei punteggi è discriminante per una corretta valutazione e proposizione dei prodotti, ed è fondamentale. Inoltre, le caratteristiche definirebbero un termociclature che non viene richiesto nell'elenco della strumentazione evidenziata in capitolato: Estrattore Automatico, Spettrofotometro Automatico, Microcentrifuga refrigerata e Microdisettore automatico."

Risposta quesito 1:

Si ribadisce che presso la UOC di Anatomia Patologica del PO di Aversa, verrà effettuata solo la dissensione, la microcentrifugazione e l'estrazione di materiale su paraffinati, mentre presso la UOC di Patologia Clinica del P.O. di Marcianise si provvederà alla amplificazione e rilevazione Real Time PCR mediante utilizzo dei seguenti strumenti termociclature: 1) Montania 4896 Anatolia Geneworks; 2) CFX96 Biorad; 3) Bobas Z 480 Roche; tutti gli strumenti a disposizione della UOC di Patologia Clinica del P.O. di Marcianise, sono aperti e quindi compatibili con KIT di amplificazione di altre ditte;

Quesito 2:

"...in riferimento a quanto indicato dal capitolato tecnico di gara, Lotto 4, si richiede la possibilità di poter offrire i quantitativi di Mezzo di Montaggio necessari a soddisfare il numero di test indicati nel capitolato tecnico (15.000 colorazioni in 3 anni), in relazione al confezionamento ed alla tecnologia del prodotto che andremo ad offrire".

Risposta quesito 2:

In riferimento al quesito richiesto si conferma la possibilità di offrire i quantitativi di mezzo di montaggio in relazione al confezionamento ed alla tecnologia disponibile purché necessari a soddisfare il numero di test richiesti.

Quesito 3:


"si chiede la possibilità di poter effettuare il sopralluogo, ed in caso affermativo come procedere? Inoltre si chiede se i lavori di adeguamenti impiantistici sono a carico dell'aggiudicatario?"

Risposta quesito 3:

Il sopralluogo, non è stato previsto negli atti d gara, ma la Direzione della UOC di Anatomia Patologica del PO di Aversa si è resa disponibile per il giorno 30.06.23 alle ore 13:00. Gli O.E. dovranno contattare preventivamente il Responsabile della UOC Dott. A. Santarsiere al seguente numero di telefono 081 5001355 e presentarsi muniti di delega del Legale Rappresentante della Società interessata a partecipare alla gara.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa. Marisa Di Sano



O.B.