

**FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DI
 “TROCAR ED AGHI DI VERRES PER GLI ASSISTITI DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO”, CON
 AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.**

CAPITOLATO TECNICO

lotto	Descrizione e requisiti minimi	Prezzo unitario	fabbisogno annuale presunto	fabbisogno triennale presunto	Importo annuale senza iva	Importo triennale senza iva
1	Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico trasparente con punta smussa Cannula in materiale plastico trasparente Dotato di riduttore universale incorporato Sistema di stabilità con sistema di bloccaggio della cannula Sistema di ancoraggio alla parete esterna Presenza del diametro 12 mm	55	1.100	3.300	60.500	181500
2	Trocar monouso con lama in materiale plastico diametro mm 5 Lama piatta con punta protetta e retraibile Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Sistema di sicurezza per attivazione della lama Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	38	1.200	3.600	45.600	136800
3	Trocar monouso con lama in materiale plastico diametro mm 12 Lama piatta con punta protetta e retraibile Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Sistema di sicurezza per attivazione della lama Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	38	1.300	3.900	49.400	148200
4	Trocar monouso senza lama in materiale plastico con punta dilatante diametro mm 5 Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	45	800	2.400	36.000	108000
5	Trocar monouso senza lama in materiale plastico con punta dilatante diametro mm 12 Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	45	650	1.950	29.250	87750
6	Trocar monouso per accesso sotto visione diretta in materiale plastico trasparente a punta dilatante diametro mm 5 Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	50	1.050	3.150	52.500	157500
7	Trocar monouso per accesso sotto visione diretta in materiale plastico trasparente a punta dilatante diametro mm 12 Cannula zigrinata in materiale plastico trasparente Dotato di riduttore universale incorporato Lunghezza standard e long	50	1.300	3.900	65.000	195000
8	Ago monouso tipo Verres in acciaio con meccanismo di sicurezza e mandrino smusso Provvisto di rubinetto di insufflazione ad alto flusso Lunghezze 120 e 150 mm	7	750	2.250	5.250	15750
					343.500	1.030.500

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

Lotto 1

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Tenuta della valvola	20	D
Ergonomia e maneggevolezza	20	D
Stabilità in parete	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 2

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Tenuta della valvola	15	D
Ergonomia e maneggevolezza	15	D
Stabilità in parete	10	D
Taglio della lama	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 3

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Tenuta della valvola	15	D
Ergonomia e maneggevolezza	15	D
Stabilità in parete	10	D
Taglio della lama	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 4

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Tenuta della valvola	15	D
Ergonomia e maneggevolezza	15	D
Stabilità in parete	10	D
Capacità dilatante e penetrante della punta	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 5

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Tenuta della valvola	15	D
Ergonomia e maneggevolezza	15	D
Stabilità in parete	10	D
Capacità dilatante e penetrante della punta	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 6

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Predisposizione all'introduzione dell'ottica	5	T – SI/NO
Sistema di bloccaggio dell'ottica	5	T – SI/NO
Tenuta della valvola	10	D
Ergonomia e maneggevolezza	10	D
Stabilità in parete	10	D
Capacità dilatante e penetrante della punta	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 7

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Predisposizione all'introduzione dell'ottica	5	T – SI/NO
Sistema di bloccaggio dell'ottica	5	T – SI/NO
Tenuta della valvola	10	D
Ergonomia e maneggevolezza	10	D
Stabilità in parete	10	D
Capacità dilatante e penetrante della punta	15	D
Trasparenza	10	D
Confezionamento	5	D

Lotto 8

CRITERIO	PUNTEGGIO	Tipologia di criterio
Efficacia del sistema di sicurezza	25	D
Atraumaticità	25	D
Ergonomia e maneggevolezza	15	D
Confezionamento	5	D

D: discrezionale; T: tabellare