



SCHEDA TECNICA N° 34

Firma AU

Pag.1 di 1

Rev. 00 del
15/05/2001

DENOMINAZIONE: PRONTOZINK - Benda di garza all'ossido di zinco.

lotto 38

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Benda anelastica di garza di cotone impregnata di pasta all'ossido di zinco (Pasta di Unna) al 10% circa.

Lunghezza : mt 5, 6, 7, 10.

Altezza: cm. 7,5-8- 10.

Supporto tessile: garza anelastica conforme alle norme della Farmacopea Europea.

Impregnamento: pomata all'ossido di zinco con formulazione a norma della Farmacopea Europea.

Composizione tessile del supporto: Garza orlata 100% cotone.

INDICAZIONI:

- Trattamento di tromboflebiti, flebotrombosi e loro conseguenze, varici, ulcus cruris.
- Bendaggi antiflogistici e di sostegno nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e sindromi edemigene di varia natura.
- Complesso sintomatico varicoso.
- Terapia di traumi sportivi e da lavoro.
- Post trattamento di fratture ed interventi chirurgici alle ossa e/o alle articolazioni.
- Bendaggi combinati con bende adesive.

DOSAGGIO ED APPLICAZIONE:

Il bendaggio e' per uso topico e puo' essere rinnovato a seconda della necessita'.

CONTROINDICAZIONI.

Allergia o sensibilizzazione a qualche componente la pasta impregnante.

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato lontano da fonti di calore.

LIMITAZIONI DI LEGGE:

Non esiste limitazione alcuna alla vendita.

CONFEZIONAMENTO:

Individualmente sigillata in involucro di speciale carta protettiva e imbustato in cellophane brioches alluminato a Garanzia del mantenimento dell'umidita', commercializzata in scatola da 10 pz.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Poiche' il supporto e' anelastico, e' preferibile tagliare la benda ogni due giri di applicazione: questo al fine di evitare grinze del tutto inevitabili su particolari contorni anatomici, del tutto fastidiose al paziente.

Rimane inteso che PRONTOZINK andrebbe coperta con un bendaggio compressivo per il trattamento dell'ulcera della gamba, e da un bendaggio tubolare negli altri casi onde evitare di sporcare gli indumenti e di ridurre il tempo di essiccamento della medicazione.

L'incidenza di reazioni da iper-sensibilizzazione e' estremamente rara.

Prodotto da P.M.A. srl - Provvisto di marchio CE - Dispositivo di CLASSE I - Prodotto Latex Free - Validità 5 anni dalla data di produzione.

P.M.A. s.r.l.
PRODUTTORI MEDICALI ASSOCIATI
Sede Leg.: Via Regno Italico, 9 - PAVIA
Sede Amm. e Op.: Via Italia 5 - LAINATE MI
Tel. 02/9371555 - Fax 02/9371858
Partita IVA 01643540188