

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 24 Ottobre 2012

OGGETTO: applicazione art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 al contratto Rep. 135/11 stipulato in data 21.07.2011 con la Imimeg Bio Srl

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

VISTO l'art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone quanto segue: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012";

CONSIDERATO, in particolare

- che con Determina del Direttore Generale n. 69 del 13.07.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del II° Confronto Concorrenziale per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" tra i quali i lotti nn. P002, P023, P031 e P047 per valore complessivo quadriennale di € 2.742.864,00 alla ditta Inimeg Bio Srl e, in data 21.07.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 135/11;

RILEVATO

- che al fine di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 15, c.13, lett. a) D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, ed al fine di non ridurre il livello qualitativo delle prestazioni, la Soresa con nota prot. U012454 del 20.09.2012 ha, pertanto, prioritariamente richiesto alla Inimeg Bio Srl la disponibilità alla riduzione, in linea con la norma in parola, dei corrispettivi del contratto Rep. 135/11;

PRESO ATTO

- che con nota acquisita al prot. Soresa n. E012983 in data 01.10.2012 la Inimeg Bio Srl ha comunicato di comunicato l'impossibilità ad accedere alla richiesta di Soresa;

RITENUTO

-di dover conseguentemente dare attuazione alla norma soprarichiamata procedendo alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino al 31/12/2012, trattandosi di contratto avente ad oggetto dispositivi medici, nella misura indicata nell'allegato 1 per il contratto Rep. 135/11;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2012,

DETERMINA

1) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo ai lotti nn. P002, P023, P031 e P047 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" - II° Confronto Concorrenziale - aggiudicato alla Inimeg Bio Srl - **contratto Rep. 135/11** così come di seguito indicato all'allegato 1;


2) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 17.059,40 complessivi per il contratto **Rep. 135/11** così come di seguito specificato nell'allegato 1 ;

3) di notificare il presente provvedimento alla Inimeg Bio Srl ed alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

3

Il Direttore Generale
(Dott. Mario Vasco)



Lotto	Codice Completo	Descrizione	CND	Fornitore	Cod. Prodotto	Des. Prodotto	FABB QUADRIENN ALE	Prz. Offerto	Importo quadriennale SUB LOTTO	valore Aggiudicazione quadriennale LOTTO
P002	P002-	SISTEMA PROTETICO D'ANCA COSI' COMPOSTO:		Inimeg Bio S.r.l. (NA)						€ 1.683.118,35
P002	P002-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22, 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Testina in metallo ad alto contenuto di azoto nei diametri 22, 28, 32, disponibile in cinque lunghezze di collo	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20221,20222,20223,20281,20282,20283,20284,20285,20286,20231,20232,20233,20234,20235,20236.	Testina in metallo ad alto contenuto di Azoto diametro 22,28,32 disponibile in almeno cinque lunghezze di collo	119	€ 195,00	€ 23.253,75	
P002	P002-002	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con polietilene - Testina in metallo ad alto contenuto di Azoto diametro 36	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20291,20292,20293,20294,20295	Testina in metallo ad alto contenuto di Azoto diametro 36, disponibile in cinque lunghezze di collo	159	€ 195,00	€ 31.005,00	
P002	P002-003	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 40 mm per accoppiamento con polietilene - Testina in metallo ad alto contenuto di Azoto diametro 40	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20249,23001,23002,23003	Testa metallo ad alto contenuto di azoto diametro 40 con adattatori in 4 lunghezze di collo	159	€ 197,00	€ 31.323,00	
P002	P002-004	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con metallo - Testina in metallo diametro 36 disponibile in cinque lunghezze di collo con superficie levigata	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20437,20438,20439,20440,20441	Testa metallo con tecnologia MICROLOY di diametro 36 in 5 lunghezze di collo	119	€ 645,00	€ 76.916,25	
P002	P002-005	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - Testa metallo nel diametro 28 almeno cinque lunghezze.	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20481,20482,20483,20484,20485,20486	Testina per accoppiamento metallo/metallo con tecnologia Microloy diametro 28.	80	€ 640,00	€ 50.880,00	
P002	P002-006	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 32 mm per accoppiamento con metallo - Testa metallo nel diametro 32 almeno cinque lunghezze.	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20431,20432,20433,20434,20435,20436	Testina per accoppiamento metallo/metallo con tecnologia Microloy diametro 32.	80	€ 585,00	€ 46.507,50	
P002	P002-007	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI grande diametro >38mm per accoppiamento con metallo - Teste in Cromo Cobalto molibdeno lig Carboni nei diametri 38,42,46,50,54,58, nelle misure S,M,L,XL anche 7°	P090804050202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	23038,23042,23046,23050,23054,23058,23001,23002,23003,23004.	Teste in metallo Promise Microloy. Teste in metallo di grande diametro con misure da 38 a 58 mm in Cromo Cobalto Molibdeno lig carbon ed adattatore per teste nelle misure S,M,L,XL.	80	€ 644,00	€ 51.198,00	
P002	P002-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - Teste in ceramica BioloX e Delta.	P090804050201	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20587,20588,20589,20537,20538,20539,20540	Teste ceramica BioloX Delta nelle misure S,M,L,XL nei diametri 28 32.	80	€ 319,00	€ 25.360,50	
P002	P002-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - Teste articolari in ceramica BIOLOX Forte e Delta nei diametri 28, 32, 36, 40mm in almeno 4 lunghezze di collo	P090804050201	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	20587,20588,20589,20537,20538,20539,20540,20567,20568,20569,20570,20547,20548,20549,20550,20581,20582,20583,20531,20532,20533,20561,20562,20563.	Teste ceramica Delta diametro 28, 32, 36, 40 misure S, M,L,XL.	40	€ 319,00	€ 12.680,25	
P002		TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI teste eccentriche - Testa eccentrica composta da un adattatore di eccentricità in metallo di 7° con quattro lunghezze differenti per cono morse 10/12 e 12/14	P09080405	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	22732,22736,22742,22743,22744,22745,22764,22765,22766,22740,23001,23002,23003,23004.	Teste articolari Microloy. Le teste articolari in metallo Microloy nei vari diametri e con i vari adattatori di lunghezze diverse.	80	€ 760,00	€ 60.420,00	

REP.
135/11
ALL. 1

P002	P002-012	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in polietilene - Inserto in polietilene sld. Ed antilussante nei diametri 28, 32, 36, portuso di 7 mm. e ritentivo. L'inserto di polietilene a ritenzione della testa femorale dovrà avere uno spessore di almeno 6mm e una eccentricità di 1,5mm per consentire, al carico, di centrarsi automaticamente, perpendicolarmente all'asse del collo, riducendo quasi totalmente i rischi di impingement con il collo dello stelo. Gli inserti in polietilene devono essere gli stessi per le quattro versioni di metal back.	P0908030401	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	36303,36304,36407,36301,3 6305,36311,36321,36307,36 309,36302,36306,36312,363 23,36308,36310,36521,3650 2,36523,36336,36504,36506 36351,36352,36353,36375, 36354,36355,36415,36408,3 6416,36418,36409,36410, 36411,36401,36412,36402,3 6403,36413,36404,36414,36 417,36405,36406,36313,363 19,36340,36315,36317,3631 4,36320,36342,36316,36318 36508,36525,36538,36510, 36512,36356,36357,36377,3 6358,36359,36343,36325,36 327,36345,36326,36328,363 79,36360,36361,38848,3885 0,38852,38854,38856,38858 38860,38862,38864,31601, 31602,31603,31604,31605,3 1606,31607,31608,31611,31 612,31613,31614,31615,316 16,31617,31618.	Inserto in Polietilene cotile Jump System ad alto peso molecolare nella versione Standard, antilussante, ritentivo e portuso diametro 22,28,32,36.	119	€ 199,00	€ 23.730,75	
P002	P002-013	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - Inserto in polietilene reticolato con Vitamins-E nella versione sld. ed antilussante disponibile già della misura 48 nel diametro 36 o nel diametro 40.	P0908030401	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	36301XE,36305XE,36311X E,36321XE,36307XE,36309 XE,36351XE,36352XE,363 53XE,36375XE,36354XE,3 6355XE,36313XE,36319XE 36340XE,3615XE,36317X E,36356XE,36357XE,36377	Inserto in Polietilene Vital-XE. Le caratteristiche dell'inserto sono: Polietilene cross-linked addizionato con antiossidante vitamina-E. L'inserto è disponibile nelle versioni standard ed antilussante nei diametri 28, 32, 36, 40. Per il diametro 36 l'inserto è disponibile già dalla misura 48	119	€ 420,00	€ 50.085,00	
P002	P002-014	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - Inserti in ceramica Biolox e Delta nei diametri 28, 32, 36.	P0908030402	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	36005,36008,36006,36009,3 6010,36011,36016,36015,36 017,36018,36022,36025,360 26,36001,36027,36002,3602 8,36003,36004,36012,36029 36013,36014,36023,36024.	Inserti acetabolari per cotile Jump System in Ceramica Biolox Forte e Biolox Delta nei diametri 28,32,36.	40	€ 580,00	€ 23.055,00	
P002	P002-016	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo /metallo) - Inserti in metallo nei diametri 32, 36.	P0908030403	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	36111,36112,36119,36113,3 6114,36102,36108,36103,36 104.	Inserti acetabolari per accoppiamento metallo/metallo con tecnologia Microloy nei diametri 32, e 36.	56	€ 699,00	€ 38.899,35	
P002	P002-020	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - Il cotile press-fit deve essere realizzato in Lega di Titanio-Vanadio (Ti6Al4V) a geometria emisferica con schiacciamento polare. La superficie di contatto con l'osso deve presentare un doppio rivestimento in Titanio puro poroso e Idrossiapatite applicato con metodo "Plasma Spray" in atmosfera controllata. Deve prevedere fori per un'eventuale fissazione mediante viti (eventualmente richiudibili mediante appositi tappi). Deve essere disponibile in 14 taglie con incrementi bi-millimetrici (da Ø44mm a Ø70mm).	P090803010299	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	35345,35347,35344,35346,3 5349,35350,35353,35355,35 356,35358,35360,35362,353 64,35366,35368,35370,3672 0,36725,36730,36735,36740 36745,36750,36760,35101, 35100,35103.	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - Il cotile press-fit deve essere realizzato in Lega di Titanio-Vanadio (Ti6Al4V) a geometria emisferica con schiacciamento polare. La superficie di contatto con l'osso deve presentare un doppio rivestimento in Titanio puro poroso e Idrossiapatite applicato con metodo "Plasma Spray" in atmosfera controllata. Deve prevedere fori per un'eventuale fissazione mediante viti (eventualmente richiudibili mediante appositi tappi). Deve essere disponibile in 14 taglie con incrementi bi-millimetrici (da Ø44mm a Ø70mm).	199	€ 820,00	€ 162.975,00	

[Handwritten signature]

P002	P002-022	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ad espansione - Cotile ad espansione in Titanio non legato costituito da 6 lobi, con dentellatura radiale su tre file, espandibili mediante la rimozione dell'anello equatoriale in polietilene che mantiene il cotile precompresso; geometria emisferica con schiacciamento polare; disponibile almeno in 8 taglie (da Ø48 a Ø62 mm); superficie a contatto con l'osso sabbata; interno ad alloggiamento tronco conico con corona equatoriale dodecagonale antirrotatoria, con superficie trattata al fine di minimizzare il rischio del componente in	P090803010299	Ininieg Bio S.r.l. (NA)	31148,31150,31152,31154,3 1156,31158,31160,31162	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ad espansione - Cotile ad espansione in Titanio non legato costituito da 6 lobi, con dentellatura radiale su tre file, espandibili mediante la rimozione dell'anello equatoriale in polietilene che mantiene il cotile precompresso; geometria emisferica con schiacciamento polare; disponibile almeno in 8 taglie (da Ø48 a Ø62 mm); superficie a contatto con l'osso sabbata; interno ad alloggiamento tronco conico con corona equatoriale dodecagonale antirrotatoria, con superficie trattata al fine di minimizzare il rischio del componente in	318	€ 950,00	€ 302.100,00	
P002	P002-023/A	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - a doppia mobilità press fit - Cotile a doppia mobilità in versione senza cemento di spessore non inferiore a 3mm. Per la stabilità primaria il cotile deve essere rivestito in Plasma Spray, si possono utilizzare vit per il fissaggio da 20 a 35 mm.	P090803010299	Ininieg Bio S.r.l. (NA)	38548,38550,38552,38554,3 8556,38558,38560,38562,38 564.	Cotile a doppia mobilità senza cemento rivestito in plasma spray con possibilità di fissaggio con viti	80	€ 900,00	€ 71.550,00	
P002	P002-023/B	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - a doppia mobilità press fit - Cotile a doppia mobilità in versione da revisione, il Sistema deve prevedere un cotile con alette craniali di spessore 1,5mm, senza angoli vivi ed una versione con alette craniali e uncinio distale, per consentire il trattamento di un ampio range di lesioni acetabolari.	P090803010299	Ininieg Bio S.r.l. (NA)	38548,38550,38552,38554,3 8556,38558,38560,38562,38 564,38901,38902,38903,389 21,38922,38923	Cotile a doppia mobilità senza cemento rivestito in plasma spray con possibilità di fissaggio con viti, il cotile prevede la possibilità di inserire intraoperatoriamente delle alette craniali ed alette caudali.	80	€ 900,00	€ 71.550,00	
P002	P002-023/C	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - a doppia mobilità press fit - Viti di fissaggio per cotile	P090803010299	Ininieg Bio S.r.l. (NA)	36720,36725,36730,36735,3 6740,36745,36750,36760 36620,36625,36630, 36635,36640,36645,36650, 36655,36660.	Viti in Titanio per fissaggio cotile	80	€ 33,00	€ 2.623,50	
P002	P002-026	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Cotile cementato diametri 28, 32	P0908030101	Ininieg Bio S.r.l. (NA)	33442,33444,33446,33448,3 3450,33452,33454,33456,33 458,33460,33462,33464,334 66,33468,33470,33472,3347 44,33746,33748,33750,3375 2,33754,33756,33758,33760 3,33762,33764,33042,33044, 33046,33048,33050,33052,3 3054,33056,33058,33060,33 062,33064,33066,33068,330 70.	Cotile in polietilene ad alto peso molecolare nella versione cementata nei diametri 28 e 32 standard ed antilussante.	199	€ 250,00	€ 49.687,50	

P002	P002-034	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELLI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI - modulari - Lo stelo modulare deve essere retto a sezione rettangolare, realizzato in lega di Titanio-Niobio (Ti6AlNb), e presentare una superficie a contatto con l'osso sabbata, adatta alla fissazione press-fit. Deve essere dotato di profilo a cuneo nei piani coronale e sagittale e deve avere una forma che consente di risparmiare il bone stock osseo del maschio trocanterico e facilita l'inserimento per via d'accesso anteriore. Deve essere disponibile in almeno 9 taglie a sviluppo tridimensionale progressivo. Deve prevedere una sede per l'alloggiamento dei colli modulari.	P090804010203	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918, 12919.	Lo stelo modulare OAK, stelo retto a sezione rettangolare, realizzato in lega di Titanio-Niobio (Ti6AlNb), e presentare una superficie a contatto con l'osso sabbata, adatta alla fissazione press-fit. Deve essere dotato di profilo a cuneo nei piani coronale e sagittale e deve avere una forma che consente di risparmiare il bone stock osseo del maschio trocanterico e facilita l'inserimento per via d'accesso anteriore. Deve essere disponibile in almeno 9 taglie a sviluppo tridimensionale progressivo. Deve prevedere una sede per l'alloggiamento dei colli modulari.	40	€ 1.350,00	€ 53.662,50
P002	P002-035	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELLI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI - short - Mini stelo con colli modulari a geometria variabile di forma quadrangolare con aletta prossimale ad espansione guidata per migliorare la stabilità prossimale, apice distale dello stelo completamente lucidato specchio. I colli devono essere disponibili in CrCo forgiato nelle versioni standard 135° L, S, XS, antiverso retroverso L,S, Varo Valgo 5° L, S 130° 140°, varo valgo L,S 125° 145°, anche nella versione per allergie in TiNbN.	P090804010203	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	18033, 18034, 18035, 18036, 18037, 18038, 18039	Stelo femorale PEGASUS Modular: Mini stelo con colli modulari a geometria variabile di forma quadrangolare con aletta prossimale ad espansione guidata per migliorare la stabilità prossimale, apice distale dello stelo completamente lucidato specchio. I colli devono essere disponibili in CrCo forgiato nelle versioni standard 135° L, S, XS, antiverso retroverso L,S, Varo Valgo 5° L, S 130° 140°, varo valgo L,S 125° 145°, anche nella versione per allergie in TiNbN.	119	€ 1.200,00	€ 143.100,00
P002	P002-036	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELLI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI - collo per stelo modulare - I colli devono essere realizzati in Cromo Cobalto forgiato con diverse inclinazioni (standard, varo-valgo, anti-retroversione) e diverse lunghezze: L'angolo cervico-difasario con cono standard deve essere di 131°	P090804010203	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	12929, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 12930	I colli modulari per steli sono disponibili in diversi modelli: Standard, Display, Varo-Valgo, Varo-Valgo Plus ed Antiverso-Retroverso. I colli sono in lega forgiata di Cromo Cobalto Molibdeno, la superficie rettificata con processo tecnologico Microloy.	80	€ 290,00	€ 23.055,00
P002	P002-030	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE. - Lo stelo deve essere retto a sezione rettangolare, con cono 12/14 standard, CCD di 131°, realizzato in lega di Titanio-Niobio (Ti6AlNb), e presentare una superficie a contatto con l'osso sabbata, adatta alla fissazione press-fit. Deve essere dotato di profilo a cuneo nei piani coronale e sagittale, e di apertone trocanterico rastrenato per una elevata stabilità rotazionale, in versione allungata da revisione.	P0908040302	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	12613, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12619, 12620, 12621	Stelo femorali PBF Revision. Stelo retto a sezione rettangolare, con cono morse 12/14 realizzato in lega di Titanio-Niobio (ti6AlNb) con una superficie di contatto con l'osso sabbata adatta alla fissazione press-fit, dotato di profilo a cuneo nei piani sagittale e coronale con sperone trocanterico rastrenato per una elevata stabilità rotazionale. L'estremità distale e rastrenata con fessura a diapason.	40	€ 1.450,00	€ 57.637,50
P002	P002-052	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE. - Lo stelo deve essere retto a sezione rettangolare, con cono 12/14 standard, CCD di 131°, realizzato in lega di Titanio-Niobio (Ti6AlNb), e presentare una superficie a contatto con l'osso sabbata, adatta alla fissazione press-fit. Deve essere dotato di profilo a cuneo nei piani coronale e sagittale, e di apertone trocanterico rastrenato per una elevata stabilità rotazionale, in versione allungata da revisione.	P0908040303	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	26539, 26540, 26541, 26542, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26548, 26549, 26550, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26742, 26743, 26744, 26745, 26750, 26751, 26752, 26753, 26754, 26755, 26756, 267	Cupola Biarticolare in acciaio nei diametri 22 e 28 e nella versione monoblocco o modulare con inserto.	80	€ 225,00	€ 17.887,50
P023	P023-	- PROTESI DI ANCA DA REVISIONE		Inimeg Bio S.r.l.	58544-00, 58546-00, 58548-00, 58550-00, 58552-00, 58554-00, 58556-				€ 334.774,50
P023	P023-041	COTILE DA REVISIONE - ANELLI COTILOIDEI - anello di Muller - Anello Muller per cotili cementati	P0908040001	Inimeg Bio S.r.l. (NA)		Anello cotiloide tipo Muller in Titanio per cotili cementati	119	€ 490,00	€ 58.432,50

[Handwritten signature]

P031	P031-060	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO. BICOMPARTIMENTALE - in materiale particolare (per allegria) - La componente in Cromo-Cobalto devono essere disponibili anche in una versione con rivestimento in TiNbN che funge da barriera isolante e ne consente l'utilizzo anche in pazienti con ipersensibilità ai metalli. Ha angoli smussi e condi maggiori per un miglior comportamento in flessione e la troclea è allungata ed abbassata sulla gola per un miglior scivolamento rotuleo lungo tutta l'arco flessione.	P09090301	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	53703, 53704, 53705, 53706, 53707, 53708, 53709, 53710, 53711, 53712, 53713, 53714, 53723, 53724, 53725, 53726, 53727, 53728, 53729, 53730, 53731, 53732, 53733, 52734	Componente femorale GKS Prime FLEX MOBILE. La componente in Cromo Cobalto disponibile in almeno 6 taglie nella versione cementata e non Le componenti in Cromo-Cobalto sono disponibili anche in una versione con rivestimento in TiNbN che funge da barriera isolante e ne consente l'utilizzo anche in pazienti con ipersensibilità ai metalli. Ha angoli smussi e condi maggiori per un miglior comportamento in flessione e la troclea è allungata ed abbassata sulla gola per un miglior scivolamento rotuleo lungo tutta l'arco flessione.	119	€ 1.650,00	€ 196.762,50
P031	P031-062	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto fisso in metallo cementato/ non cementato - La componente tibiale deve essere realizzata in Cromo-Cobalto o in Lega di Titanio con rivestimento duro di TiNbN, disponibile in almeno 7 taglie ambidestre per la fissazione cementata o press-fit. Nel caso di fissazione press-fit la superficie a contatto con l'osso deve presentare un doppio rivestimento in Titanio puro poroso e Idrossiapatite applicato con metodo "Plasma Spray" in atmosfera controllata.	P0909030201	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	55601, 55602, 55603, 55604, 55605, 55902, 55903, 55904, 55905, 55801, 55802, 55803, 55804, 55805	Componente tibiale GKS JUMP a piatto fisso, versione cementata, senza cemento con superficie di contatto con l'osso a doppio rivestimento di titanio e idrossiapatite plasma spray. Disponibile nella versione analergica con rivestimento TiNbN.	40	€ 797,00	€ 31.680,75
P031	P031-063	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto mobile in metallo cementato/ non cementato - La componente tibiale deve essere realizzata in Cromo-Cobalto o in Lega di Titanio con rivestimento duro di TiNbN, disponibile in almeno 7 taglie ambidestre per la fissazione cementata o press-fit. Nel caso di fissazione press-fit la superficie a contatto con l'osso deve presentare un doppio rivestimento in Titanio puro poroso e Idrossiapatite applicato con metodo "Plasma Spray" in atmosfera controllata.	P0909030201	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	53921, 53922, 53923, 53924, 53925, 53926, 53927, 53951, 53952, 53953, 53954, 53955, 53956, 53957	Piatto mobile in metallo cementato/ non cementato - La componente tibiale deve essere realizzata in Cromo-Cobalto o in Lega di Titanio con rivestimento duro di TiNbN, disponibile in almeno 7 taglie ambidestre per la fissazione cementata o press-fit. Nel caso di fissazione press-fit la superficie a contatto con l'osso deve presentare un doppio rivestimento in Titanio puro poroso e Idrossiapatite applicato con metodo "Plasma Spray" in atmosfera controllata.	199	€ 850,00	€ 168.937,50
P031	P031-068	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in polietilene CR - La componente polietilenica a piatto fisso CR realizzata in UHMWPE ad altissimo peso molecolare senza stearato di calcio deve prevedere un solco anteriore pronunciato per evitare impingement con il tendine rotuleo. Devono essere disponibili almeno 5 spessori per taglia. Devono essere disponibili anche inserti realizzati in polietilene addizionato con Vitamina E, nelle diverse taglie e spessori.	P0909030202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	58610, 58612, 58615, 58618, 58620, 58622, 58625, 58628, 58630, 58632, 58635, 58638, 58640, 58642, 58645, 58648, 58650, 58652, 58655, 58658, 58610E, 58612E, 58615E, 58618E, 58620E, 58622E, 58625E, 58628E, 58630E, 58632E, 51210, 51212, 51215, 51218, 51220, 51310, 51312, 51315, 51318, 51320, 51410, 51412, 51415, 51418, 51420, 51510, 51512, 51515, 51518, 51520, 51522, 51525, 51518E, 51520E, 51512E, 51312E, 51315E, 51318E, 51320E, 51410E, 51412E, 51415E, 51418E, 51420E, 51512E, 51515E, 51518E, 51520E	La componente polietilenica a piatto fisso CR realizzata in UHMWPE ad altissimo peso molecolare senza stearato di calcio deve prevedere un solco anteriore pronunciato per evitare impingement con il tendine rotuleo. Devono essere disponibili almeno 5 spessori per taglia. Devono essere disponibili anche inserti realizzati in polietilene addizionato con Vitamina E, nelle diverse taglie e spessori.	119	€ 349,00	€ 41.618,25
P031	P031-070	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in polietilene mobile - La componente polietilenica a piatto rotante, realizzata in UHMWPE ad altissimo peso molecolare senza stearato di calcio, ad altissima congruenza con la superficie femorale deve stabilizzare automaticamente l'impianto e consentire una libera rotazione attorno al pivot antilussante. Devono essere disponibili almeno 5 spessori per taglia. Devono essere disponibili anche inserti realizzati in polietilene addizionato con Vitamina E, nelle diverse taglie e spessori.	P0909030202	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	51210, 51212, 51215, 51218, 51220, 51310, 51312, 51315, 51318, 51320, 51410, 51412, 51415, 51418, 51420, 51510, 51512, 51515, 51518, 51520, 51522, 51525, 51518E, 51520E, 51312E, 51315E, 51318E, 51320E, 51410E, 51412E, 51415E, 51418E, 51420E, 51512E, 51515E, 51518E, 51520E	Inserti tibiali in UHMWPE ad altissimo peso molecolare per piatto mobile. Disponibili anche con polietilene addizionato con Vitamina E. Inserto ad alta congruenza con la superficie femorale che permette una stabilizzazione automatica dell'impianto.	199	€ 419,00	€ 83.270,25
P031	P031-071	COMPONENTI PATELLARI - Componente rotulea in polietilene cementato - Rotula di vari spessori e diametri.	P09099001	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	53032, 53034, 53036, 53038	Componente rotulea cementata in polietilene in 4 misure.	80	€ 179,00	€ 14.320,00

P047	P047-	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - -	Inimeg Bio S.r.l.					€ 34.185,00
P047	P047-134/A	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - cemento con gentamicina ad alta e a bassa viscosità - Cemento radiopaco in confezione da 40gr. disponibile nella versione a viscosità standard per un impiego manuale. Disponibilità di polimero arricchito con Gentamicina all' 1,2% per il rilascio locale di antibiotico, senza compromettere le qualità meccaniche del cemento.	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	P099001	870003,870004	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - cemento con gentamicina ad alta e a bassa viscosità - Cemento radiopaco in confezione da 40gr. disponibile nella versione a viscosità standard per un impiego manuale. Disponibilità di polimero arricchito con Gentamicina all' 1,2% per il rilascio locale di antibiotico, senza compromettere le qualità meccaniche del cemento.	398	€ 38,00 € 15.105,00
P047	P047-134/B	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - cemento con gentamicina ad alta e a bassa viscosità - Cemento radiopaco in confezione da 40gr. disponibile nella versione a viscosità bassa per l'introduzione mediante siringa da utilizzare con tutti gli impianti a fissaggio intramidollare. Disponibilità di polimero arricchito con Gentamicina all' 1,2% per il rilascio locale di antibiotico, senza compromettere le qualità meccaniche del cemento.	Inimeg Bio S.r.l. (NA)	P099001	870001,870002	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - cemento con gentamicina ad alta e a bassa viscosità - Cemento radiopaco in confezione da 40gr. disponibile nella versione a viscosità bassa per l'introduzione mediante siringa da utilizzare con tutti gli impianti a fissaggio intramidollare. Disponibilità di polimero arricchito con Gentamicina all' 1,2% per il rilascio locale di antibiotico, senza compromettere le qualità meccaniche del cemento.	398	€ 48,00 € 19.080,00

1